

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |
|----------|---|
| 专业人员信息   | 姓名: 赵波  |
|          | 职称: 高工  |
|          | 工作单位: 浙江省人民医院   |
| 专业人员信息   | 姓名: 吴杰  |
|          | 职称: 高级工程师   |
|          | 工作单位: 杭州师范大学附属医院  |
| 专业人员信息   | 姓名: 林欣  |
|          | 职称: 高工  |
|          | 工作单位: 浙江省计算机学会  |
| 项目信息     | 项目名称: 平湖市广陈镇卫生院飞利浦 16 排 CT 球管采购   |
|          | 供应商名称: 杭州隽弘医疗科技有限公司   |
| 专业人员论证意见 | <p>拟采购的 CT 球管属于 CT 设备的重要组成部分, 球管品牌的选择至关重要, 必须与原有的 CT 相匹配。同时由于 CT 属于高端精密医疗设备, 球管品牌选择, 安装、售后服务等因素均对 CT 的诊断精度和使用寿命有直接影响。经论证, 建议采购飞利浦球管, 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第一款规定。</p> |
| 专业人员签字   | <p>赵波<br/>林欣</p> <p>日期: 2025年1月15日</p>  |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。