

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵
	职称: 高工
	工作单位: 浙江新华报业
专业人员信息	姓名: 吴杰
	职称: 高级工程师
	工作单位: 杭州师范大学附属医院
专业人员信息	姓名: 林兴
	职称: 高工
	工作单位: 浙江省医学科学院
项目信息	项目名称: 嘉兴市第二医院飞利浦 DSA 维保服务
	供应商名称: 上海瑞健科技有限公司
专业人员论证意见	<p>DSA属于高端精密医疗设备, 工作原理复杂, 维护要求高, 原厂第三方公司不能完全掌握其核心技术, 同时也难以采购到原厂配件。另外, 原厂配件价格昂贵, 且原厂配件的使用寿命也较短。因此, 建议采购 DSA 原厂配件。此次采购属于单一来源采购, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款情形。</p>
专业人员签字	<p>赵 林兴</p> <p>日期 2015 年 1 月 16 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。