

质疑函

一、质疑

质疑供应

地址:

邮编:

联系人:

授权代表:

联系电话:

地 址 :

邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: 嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）
胃肠镜设备项目

质疑项目的编号: SXPZ-H20250416ZXX 包号: 序号一

采购人名称: 嵊州市卫生健康局

采购文件获取日期: 2025年5月6日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: 标项一：电子胃肠镜

参数设置不合理，有明显的倾向性，疑似为奥林巴斯品牌定制，影响公平竞争。

3.1.1	具有 VBS 复合端口、VC 和 RGB 信号输出；
3.1.2	具有 YPBPR 和 DVI 等信号输出，以获取高清内镜图像；
3.1.3	具有画中画及索引功能，以及可以兼容 PC 卡储存图像；
3.1.4	通过色调调节按钮来进行色调调节：红色调节：≥±8 档，蓝色调节：≥±8 档；
3.1.10	可实现 16:9 和 16:10 显示器的输出；
3.2.1	自动亮度控制模式：伺服光圈模式；
3.2.2	自动曝光：≥17 档；
3.2.4	灯泡平均寿命：≥500 小时；
3.2.6	应急灯平均寿命：≥500 小时；

奥林巴斯 CLV-290SL 彩页：...

EVIS LUCERA ELITE 内窥镜冷光源
CLV-290SL



主要特点

- EVIS LUCERA ELITE 可在有效降低视觉疲劳的同时，提高转换速度。
- 经过改良，降噪功能提高。
- 与外部设备的直接连接避免了复杂的电缆连接，并加快了传输速度。
- 改进的 AFI (自体荧光成像) 功能，有效减少运动中图像的色分，并提供高清、低噪画质，易于对黏膜进行准确观察。



规格

CLV-290SL 内窥镜冷光源 (注: 详细规格请参考说明书)

电源	电压	100-240V AC (±10%)
	频率	50/60Hz (±1Hz)
大小	消耗功率	600 W
	尺寸 (宽*高*深)	370*150*470mm (标准) / 390*162*551mm (最大)
	重量	16.5kg
	灯管灯	300W 氙气短弧灯 (无汞)
	灯管平均寿命	持续照明约 5000 小时 (实际使用则灯管寿命可能有所不同)
	亮灯方式	连续/间歇
照明	亮度调节	光源亮度控制
	冷却	空气冷却
	过热保护	有
	AFI 观察	有
	散热器	散热器: 内置铜管 / 12V/35W
	散热器平均寿命	约 5000 小时
自动亮度调节	自动亮度调节模式	伺服亮度模式
	自动曝光	17 档
送气	气泵	横流轴式气泵
	压力切换	4 级 (关、低、中、高)
送水	方式	为可拆卸水施加压，实现送水

上述参数设置具有明显的倾向性，排他性，跟奥林巴斯 290 产品彩页参数一模一样，得分最高肯定为奥林巴斯 CV-290 产品，（参见奥林巴斯 CV-290、CLV-290SL 彩页。），影响公平竞争。

法律依据：中华人民共和国政府采购法实施条例 第二章 政府采购当事人
第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格、技术、商务条件和采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 2 标项一：电子胃肠镜

▲3.1.11 具有防雾功能：连接高清电子腹腔镜时能实现主动防雾功能，允许与其他

	品牌组合使用，投标人应提供产品彩页或注册证等证明材料；
--	-----------------------------

此参数为腹腔镜参数，与本次采购招标的主体电子胃肠镜没有任何关系，把此条参数作为▲重要参数，增加扣分比例，有控标嫌疑。

事实依据：腹腔镜镜头前具有自动加温防雾功能，此功能为奥林巴斯独有参数，无非满足三家，不符合公开公平公正招标的

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格、技术、商务条件和采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项3 标项一：电子胃肠镜

▲3.1.12	具有兼容电子输尿管硬镜等多镜种，实现多科室资源共享，允许与其他品牌组合使用，投标人应提供产品彩页或注册证等证明材料；
---------	--

此参数与本次采购招标的主体电子胃肠镜没有任何关系，把此条参数作为▲重要参数，增加扣分比例，有控标嫌疑。

事实依据：胃肠镜主机兼容输尿管硬镜，此功能为奥林巴斯独有参数，无非满足三家，不符合公开公平公正招标的原则。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二章 政府采购当事人第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格，技术，商务条件和采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术，服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项4 标项一：电子胃肠镜

▲3.2.5 应急灯：≥35W 卤素灯，投标人应提供注册证等证明材料。

目前市面上主流的光源模式为 LED 供电（包括奥林巴斯最新最高端产品 CV-1500），只有奥林巴斯的 CV-290、CV-260 等早期产品才会采用亮度很差的卤素灯作为应急灯，把低水平的技术参数作为加分比例，有控标嫌疑。

事实依据：

奥林巴斯 CV-290 彩页：



CV-1500



搭载5色LED光源的一体化图像处理装置

将LED光源和图像处理装置集成，奥林巴斯开发了新一代的图像处理装置。

广泛的兼容性

CV-1500可以兼容不同类型的内镜，以此提供种类繁多的内镜功能。

特殊光观察

除了常规白光观察、窄带成像观察 (NBI) 和自体荧光成像观察 (AFI)，CV-1500提供了其他三个特殊光观察，来提高诊断和治疗能力：

- TXI (构造与色彩强调成像) 联合强调了黏膜表面的结构、色调和亮度。
- RDI (双红光成像) 提高了深层血管和出血点的可视性。
- BAI-MAC (保持对比度的亮度调节成像) 可以提高较暗部分的亮度。

奥林巴斯 CLV-290SL 彩页：...

EVIS LUCERA ELITE内窥镜冷光源
CLV-290SL



主要特点

- EVIS LUCERA ELITE可在有效降低噪音的同时，提高图像由暗到明的转换速度。
- 经过改良，降噪功能提高
- 与外部设备的直接连接避免了复杂的电脑连接，并加快了传输速度。
- 改进的AFI（自体荧光成像）功能，有效减少运动中图像的色分，并提供高清、低噪画质，易于对黏膜进行准确观察。



规格

CLV-290SL为欧普冷光源，详细参数请参考：产品手册22页55页

电源	电压	100-240V AC (±10%内)
	频率	50/60Hz (±1 Hz内)
大小	消耗功率	600 VA
	尺寸(宽*高*深)	370*150*476mm (标准) 390*162*551mm (最大)
照明	重量	18.5kg
	检查灯	300W氙气短弧灯 (无臭氧)
	灯泡平均寿命	持续照明约500小时 (间断使用则灯寿命可能稍有不同)
	换灯方式	切换侧盖盖
	亮度调节	光源光圈控制
	冷却	空气冷却
	NBI光源	有
	AFI光源	有
自动亮度调节	自动亮度调节模式	光圈光圈模式
	自动曝光	17档
送气	气泵	脉动泵式气泵
	压力切换	4级 (关闭、低、中、高)
送水	方式	为可拆卸水能加热，实现温水

参考奥林巴斯最新的产品 CV-1500 彩页和 CLV-290SL 彩页，此低端技术为奥林巴斯 CV-290 独有参数，无非满足三家，不符合公开公平公正招标的原则。

法律依据：中华人民共和国政府采购法实施条例 第二章 政府采购当事人
第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格，技术，商务条件和采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术，服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 5 标项一：电子胃结肠镜

▲3.4.10	具有 NBI（窄带成像技术）功能或者特殊蓝光 MSI 染色技术或者 DSI 双色光谱成像技术，投标人应提供产品彩页或注册证等证明材料；
---------	---

此参数具有排他性，把此条参数作为▲重要参数，增加扣分比例，有控标嫌疑。

事实依据：国家食品药品监督管理局医疗器械产品注册信息可供查询求证。该参数描述明确指向奥林巴斯、科思明德、英美达的产品功能。该参数描述不能体现公开公平招标的原则，有定向招标的嫌疑。市面主流品牌成立的 SFI、富士的 BLI、宾得得 OE、灵眸的 SVI、奥华的 CBI、实现同等功能，但都被该标▲参数排除在外。建议取消▲，或者变更为具有同等光学染色功能。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二章 政府采购当事人第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格，技术，商务条件和采购项目具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术，服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 6 标项一：电子胃肠镜

▲3.5.15	具有 NBI（窄带成像技术）功能或者特殊蓝光 MSI 染色技术或者 DSI 双色光谱成像技术，投标人应提供产品彩页或注册证等证明材料；
---------	---

此参数具有排他性，把此条参数作为▲重要参数，增加扣分比例，有控标嫌疑。

事实依据：国家食品药品监督管理局医疗器械产品注册信息及各品牌官网可供查询求证。该参数描述明确指向奥林巴斯、科思明德、英美达品牌的产品功能。该参数描述不能体现公开公平招标的原则，有定向招标的嫌疑。市面主流品牌成立的 SFI、富士的 BLI、宾得得 OE、灵眸的 SVI、奥华的 CBI、金山的 NSI 都可实现同等功能，但都被该标▲参数排除在外。建议取消▲，或者变更为具有同等光学染色功能。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二章 政府采购当事人第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格，技术，商务条件和采购项目具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术，服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，

商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 7 标项一：电子胃肠镜

▲3.5.16	先端部使用彩色 CCD 同时成像方式，投标人应提供产品彩页或注册证等证明材料；
---------	---

此参数为低端技术参数，市面上主流品牌包括奥林巴斯在国外上市的最高端镜子，都采用 CMOS 成像方式，把此条参数作为▲重要参数，增加扣分比例，有控标嫌疑。

事实依据：低端技术参数作为重要参数，有控标嫌疑，且无非满足三家，不符合公开公平公正招标的原则。

法律依据：中华人民共和国政府采购法实施条例 第二章 政府采购当事人 第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇。（二）设定的资格，技术，商务条件和采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术，服务等要求指向特定供应商，特定产品。（六）限定或者制定特定的专利，商标，品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求 1：综上所述，事实依据中所列条目的招标参数要求明显指向一个特定品牌产品，这对我司及其他潜在供应商参与投标活动明显不利，不公平。因此，建议对招标文件中招标参数进行合理修改或删除。

请求 2：本公司保留向上级部门投诉的权利。

签字(签章)： 公章：

日期：2025 年 5 月 6 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。

明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应具体分包

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。