

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：宁波海曙积善嘉贸易有限公司
地址：浙江省宁波市海曙区大梁街118号(15-32) (15-35) 邮编：315000
联系人：陈志旺 联系电话：19560549881
授权代表：陈志旺
联系电话：19560549881
地址：浙江省宁波市海曙区大梁街118号(15-32) (15-35) 邮编：315000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：浦江县中医院血液成分分离机及钬激光治疗仪采购项目
质疑项目的编号：SXWS20240127
采购人名称：浙江省浦江县中医院
采购文件获取日期：2024年12月11日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：▲ 1、设备用途：用于泌尿系软组织的汽化（气化）或可治疗膀胱肿瘤，且可用于泌尿系结石碎石治疗（提供医疗器械注册证加盖公章）
事实依据：泌尿系软组织的汽化（气化）是一个范围，没有明确具体适应症，如科医人品牌的 Lumenis Pulse 100H 型号钬激光适用范围是“在医疗机构中用于泌尿系统软组织的汽化、凝固及泌尿系统结石的治疗。适应症为泌尿系统结石、良性前列腺增生、浅表性膀胱肿瘤、尿道狭窄。”，该品牌明确泌尿系软组织是适应症的种类。同时符合“输出功率 $\geq 90W$ ”其他品牌产品：1. 如爱科凯能科技（北京）股份有限公司，适用范围：“在医疗机构中使用，用于泌尿系结石的粉碎，泌尿系软组织的汽化、碳化、凝固。适应症为：膀胱肿瘤（治疗膀胱肿瘤时激光输出功率选择在40W以下）；经膀胱镜、输尿管镜以及经皮肾镜治疗膀胱结石，输尿管结石及肾结石（治疗结石时激光输出功率选择在60W以下）。”2. 广州市普东医疗设备股份有限公司，适应范围：“产品在医疗机构中使用，用于粉碎泌尿系结石和治疗良性前列腺增生。”3. 无锡市大华激光设备有限公司，90瓦以上有两个证件，适用范围：“该产品临床适用于对人体软硬组织切割、气化以及泌尿系碎石”和适用范围：“在医疗机构中使用，用于对前列腺增生组织的汽化、凝固。”结论：以上几家适用范围均不相同，软组织的应用也不一样，所以此条参数作为实质性响应条款不符合国家招标法的要求，完全满足不足三家，建议修改为“设备用途：用于泌尿系软组织的汽化（气化）或良性前列腺增生的治疗或可治疗膀胱肿瘤，且可用于泌尿系结石碎石治疗（提供医疗器械注册证加盖公章）”
法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品等。
质疑事项2：★1.13脚踏键位数量： ≥ 3 键，脚踏具备随时切换设备待机/就绪状态的功能（提供产品彩页加盖公章）
事实依据：根据市场调研，目前具有脚踏键位数量： ≥ 3 键的钬激光厂商只有科医人品牌的Lumenis Pulse 100H 和无锡大华品牌的DHL-1-G, 故此条参数也不满足招标法的要求，实际响应不足三家。建议修改为“脚踏键位数量： ≥ 2 键”

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品等。

质疑事项3：第1.16显示屏：水平面 ≥ 270 度任意旋转，垂直面 ≥ 90 度任意旋转（提供产品彩页加盖公章）
事实依据：市场调研可水平面 ≥ 270 度任意旋转，垂直面 ≥ 90 度任意旋转的只有科医人品牌的 Lumenis Pulse 100H和爱科凯能品牌的ACU-H2H，故此条参数也不满足招标法的要求，实际响应不足三家。建议修改为“显示屏：水平面可旋转，垂直面可旋转”

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品等。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：一.▲1、设备用途：用于泌尿系软组织的汽化（气化）或可治疗膀胱肿瘤，且可用于泌尿系结石碎石治疗（提供医疗器械注册证加盖公章），建议修改为“设备用途：用于泌尿系软组织的汽化（气化）或良性前列腺增生的治疗或可治疗膀胱肿瘤，且可用于泌尿系结石碎石治疗（提供医疗器械注册证加盖公章）”二.★1.13脚踏键位数量： ≥ 3 健，脚踏具备随时切换设备待机/就绪状态的功能（提供产品彩页加盖公章），建议修改为“脚踏键位数量： ≥ 2 健”三.1.16显示屏：水平面 ≥ 270 度任意旋转，垂直面 ≥ 90 度任意旋转（提供产品彩页加盖公章），建议修改为“显示屏：水平面可旋转，垂直面可旋转”

法定代表人（负责人或授权代表）签字（签章）：陈志刚

公章
质疑提交日期：2024年12月16日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。