

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：浙江竞泽教学设备有限公司

地址：浙江省丽水市缙云县大源镇稠门四村 35 号

邮编：321499

联系人：李龙法 联系电话：18358807467

授权代表：李龙法 联系电话：18358807467

地址：浙江省丽水市缙云县大源镇稠门四村 35 号

邮编：321499

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：绍兴市上虞区康养中心建设项目（一期）
-家具采购及安装项目

质疑项目的编号：FS2025001 包号：/

采购人名称：绍兴市上虞区康养中心（绍兴市上虞区未成年人救助保护中心）

采购文件获取日期：2025 年 2 月 17 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项：2025 年 03 月 17 日浙江宇康工程管理咨询有限公司发布了关于绍兴市上虞区康养中心（绍兴市上虞区未成年人救助保护中心）绍兴市上虞区康养中心建设项目（一期）-家具采购及安装项目中标（成交）结果公告，确定中标单位为杭州荣正家具有限公司。杭州荣正家具有限公司不具备第

一类医疗器械生产能力，不能作为本次中标单位。

事实依据：(1)根据该公告附件《中小企业声明函》序号 18 床/36 床/37 床/84 床/112 床/139 护理床/163 床/184 床/194 床/205 床 制造商为杭州荣正家具有限公司。

(2)根据本项目招标文件第四部分第二章采购内容及要求，序号18床/36床/37床/84床/112床/139护理床/163床/184床/194床/205床参数要求含两组摇杆：隐藏式设计，具有升降功能，可灵活调节患者背部、腿部角度，背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-50°±5°，详见附件(1)：其作用不单是提供睡眠，还具有升降、倾斜、旋转等功能，用于患者的日常护理、治疗及康复，其功能属性为手动病床，属于一类医疗器械。详见附件(2)

(3)根据《医疗器械监督管理条例》第三十一条从事第一类医疗器械生产的，应当向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案，因此杭州荣正家具有限公司应当具有第一类医疗器械生产备案凭证。经浙江省药品监督管理局(<https://mpa.zj.gov.cn/>)查询，并未获得任何杭州荣正家具有限公司关于医疗器械的相关信息，详见附件(3)

综上：杭州荣正家具有限公司没有制造这几个产品的资质，也无法提供符合法律规定的产品。其开标当日提供的样品是否达到一类医疗器械标准和符合法律规定。该公司存在虚假应标。

法律依据：（1）《医疗器械监督管理条例》第十五条 第一类医疗器械产品备案，由备案人向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门提交备案资料。

（2）《中华人民共和国招标投标法》第三十一条，投标人不得通过虚假陈述、隐瞒真相等不正当手段骗取中标。如果中标人在投标文件中声称具备生产能力，但实际上并不具备，构成投标文件虚假陈述。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：（1）取消杭州荣正家具有限公司的本次中标资格确认其成交无效

（2）建议专家重新进行资格审查，复评。

签字(签章): 李龙法

公章:

日期: 2025年03月18日



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 (1)

37		床	W2060*D980*H860	1. 两组摇杆 隐藏式设计, 粘贴有体位升降标识, 可灵活调节患者背部、腿部角度。采用到位极限保护装置, 外形美观、耐磨、使用寿命长。背部升降: $0-70^{\circ} \pm 5^{\circ}$, 腿部升降: $0-50^{\circ} \pm 5^{\circ}$。 2. 四个点滴架插座, 钢板成型; 四个引流袋挂钩; 床体四角配防撞护角; 3. 床框加厚用材, 采用 $40 \times 80 \times 1.2\text{mm}$ 矩型钢管, 床腿采用 $50 \times 50 \times 1.3\text{mm}$ 方管, 床体静态最大载重 400kg, 床体动态最大载重 200kg; 4. 摇杆采用 45# 钢双丝挤压成型, 有过盈保护、双向限位功能, 摇动灵活, 无噪音, 具有 ABS 防尘罩, 保证传动系统的稳定性, 不断裂; 5. ABS 或钢制镀铬摇手, 防滑设计, 加长加粗用材, 并具备两级到位离合防夹手设计; 6. 床头尾板采用橡木实木板油漆制作, 高低搭配; 两侧木护板采用 16mm 橡木实木板油漆制作; 床头板最高处距离地面 860mm, 床尾板最高处距离地面 760mm; 7. 床框上部配备全履式六柱铝合金折叠护栏, 铝合金横梁, 冷轧钢管底座, 整体重量 $\geq 4.4\text{kg}$, 长度 1480mm, 高度 400mm; 单按键枪式开关; 连接及扶手材质为尼龙材质, 保证强度及韧性; 上下底座为 ABS 一次注塑成型专用底座, 以防夹手。6 个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管, 均外包塑料装饰耐磨件, 并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式, 保证护栏的使用强度, 同时, 螺杆为专用设计, 防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的完好性; 各部配有操作提醒标识, 有效防止误操作时夹伤患者。 8. 床面板采用碳钢金属 50.8mm 厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型, 冲孔面板共 10 块, 每块条形板上冲压四个 $72 \times 35\text{mm}$ 六边形长条孔, 每块条形床板两侧均安装 ABS 扣件, 扣件安装后每块条形板规格为 $840 \times 173\text{mm}$。扣件上安装	可选	张
----	---	---	-----------------	---	----	---

附件（2）

《医疗器械分类目录》

6856 病房护理设备及器具			
序号	名称	品名举例	管理类别
1	供氧系统	医院集中供氧系统、婴儿吸氧罩、纯氧饱和器、吸氧器	II
2	病床	电动多功能病床、电动防褥疮床垫、多体位治疗床	II
3	医用供气、输气装置	手插式病床、普通病床、充气防褥疮床垫、推床、倾斜床、手动手术床	I
4	其他	氧气袋、输氧面罩、鼻氧管、除痰用吸嘴、电动移位机/车、电动轮椅车、手动轮椅车、医用空气净化系统、乳头吸吮器（用于治疗乳头内陷等疾病）、医用气溶胶吸附器、高温灭菌面具、	II

一类医疗器械

手动病床属于一类医疗器械。一类医疗器械是指风险程度低，实行常规管理可以保证其安全有效的医疗器械。手动病床因其操作简单、风险较低，被归类为一类医疗器械。 1 2

一类医疗器械的定义和分类

一类医疗器械包括风险程度低的医疗器械，如手术刀、手术剪、手动病床、医用冰袋、降温贴等。这些产品的生产和经营活动由所在地设区的市级食品药品监管部门实行备案管理，经营活动则全部放开，只需取得工商部门核发的营业执照即可。

手动病床的用途和特点

手动病床主要通过手动操作实现升降、倾斜、旋转等功能，用于医疗机构的病房和手术室，为患者提供必要的支撑和调整，确保患者在治疗和康复过程中的舒适和安全。手动病床通常由床架、床面和控制部分组成，具有稳定性好、调节灵活、使用安全等特点。

手动病床的上市流程

由于手动病床属于一类医疗器械，其上市流程相对简化。生产企业只需在市级药品监督管理部门进行备案即可。备案过程中需要提供产品说明书、生产工艺、质量检验报告等相关资料。经审查合格后，市级药品监督管理部门会颁发医疗器械备案凭证，获得备案凭证后即可上市销售。

附件（3）

浙江省药品监督管理局

ZheJiang Medical Products Administration

全站搜索

首页

药品

医疗器械

首页 > 我要查

类型选择：☒企业 ☒产品 ☐人员

杭州荣正家具有限公司

搜索

查询结果

类型	企业	产品
药品	0 +	0 +
医疗器械	0 +	0 +
化妆品	0 +	0 +