

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜建洪
	职称: 主任医师
	工作单位: 兰溪市人民医院
项目信息	项目名称: 兰溪市人民医院全自动生化分析仪分析模块采购项目
	预算金额: 80 万元
	供应商名称: 宁波维裕生物科技有限公司
专业人员论证意见	兰溪市人民医院目前正在使用的贝克曼全自动生化分析仪AU5801系统其检测速度可达每小时1000测试,具有高效、高检测率的特点。在该系统中有一只于2016年7月安装的原型AU5800生化分析模块,因该模块故障率高,其故障率升高,严重影响检查质量,故对所有的模块进行单独更换已十分必要。根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,该项采购符合单一来源采购的适用条件。原设备由宁波维裕生物科技有限公司提供,为唯一供货商,故建议单一来源采购。
专业人员签字	姜建洪
	日期: 2015年5月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。因此建议单一来源采购。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 徐白华	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 兰溪市疾控中心	
项目信息	项目名称: 兰溪市人民医院全自动生化分析仪分析模块采购项目	
	预算金额: 80 万元	
	供应商名称: 宁波维裕生物科技有限公司	
专业人员论证意见	兰溪市人民医院目前在用的全自动生化分析仪是贝克曼 AU5801 系统, 具有高速、稳定、准确等优点。由于该系统中的 AU5800 模块使用年限较长, 严重影响检测质量, 需更新换代, 因为只能兼容贝克曼 AU5800 模块, 故与该系统匹配, 保证设备正常运行, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的相关规定, 该项目符合单一来源采购的适用条件。而宁波维裕生物科技有限公司是所在区域内唯一获得厂家授权的代理商, 因此必须采用单一来源采购的方式。	
专业人员签字	徐白华	日期: 2025 年 5 月 6 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈刚	
	职称: 工程师	
	工作单位: 兰溪市人民医院	
项目信息	项目名称: 兰溪市人民医院全自动生化分析仪分析模块采购项目	
	预算金额: 80 万元	
	供应商名称: 宁波维裕生物科技有限公司	
专业人员论证意见	兰溪市人民医院目前在使用贝克曼全自动生化分析仪AU5801系统,具备高速度高准确率的显著特性,其测试速度可达每小时400测试,有效缩短病人的就诊时间。 在该系统中,有一块于2016年安装应用贝克曼AU5801生化分析模块,至今使用8年,由于使用年限长,其故障率逐渐升高,严重影响质量,经取值以保证,因此急需对其进行更新换代。经过综合评估,建议模块单独更换,确保稳定运行。 该项目只能采购贝克曼AU5801生化模块,才能与贝克曼全自动生化仪AU5801系统匹配,保证设备正常运行,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的相关规定,该项目符合单一来源采购方式。原设备由宁波维裕生物科技有限公司供应,且该公司是所在区域内唯一获得厂家授权的供应商,因此,建议采用单一来源采购方式向宁波维裕生物科技有限公司采购。	
专业人员签字	陈刚	日期: 2025年5月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。