

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 雷建磊	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 丽水市人民医院	
项目信息	项目名称: 丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)	
	供应商名称: 杭州百吉贸易有限公司	
专业人员 论证意见	<p>MCS+血细胞分离机耗材为 MCS+血细胞分离机配套的专用耗材, 要求材质对人体无害, 产品通过 EC 认证, 有中国注册证, MCS+996 必须配双翼侧腔 17G 穿刺针, 专业性很强, 只能由原厂提供。</p> <p>根据政府采购法有关规定, 建议本项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签字	雷建磊	日期: 2025 年 1 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： <u>雷建君</u>	
	职称： <u>高级工程师</u>	
	工作单位： <u>丽水市人民医院</u>	
项目信息	项目名称： <u>丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)</u>	
	供应商名称： <u>上海天哲医疗器械有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>Trima血细胞分离机耗材为 Trima血细胞分离机配套的专用耗材，管路包含 LRS 装置，管路设计构造独特，储血池 55ml 全血，管路内所占容积小，使得交换的血液在体外循环量更小，耗材要通过 FDA 认证，拥有终端注册证，只能由原厂提供。</p> <p>根据政府采购法有关规定，建议在项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签字	<u>雷建君</u>	日期： <u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：雷建君	
	职称：高级工程师	
	工作单位：丽水市人民医院	
项目信息	项目名称：丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目（MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS）	
	供应商名称：杭州健昉科技有限公司	
专业人员 论证意见	<p>AMICUS 血细胞分离机耗材为费森尤斯 AMICUS 血细胞分离机配套的专用耗材，要求采用的材质对人体无害，产品要通过 EC 认证，有中国海注册证，要求非过滤去除白细胞，提供少白细胞产品，专业性很强，只能由原厂提供。</p> <p>根据政府采购法有关规定，建议本项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签字	雷建君	日期：2025 年 1 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>戴其</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>丽水市妇幼保健院</u>	
项目信息	项目名称: <u>丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)</u>	
	供应商名称: <u>杭州健启方科技有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>所采购AMICUS更细网包分袋仪耗材, 为AMICUS 机采血小板血细胞分袋仪唯一专用耗材, 产品通过FC认证, 拥有中国注册证, 要求非过滤去除血细胞, 其专业性很强, 只能由原厂提供。</p> <p>根据政府采购法有关规定, 该项目建议采用单一来源采购方式采购, 供应商为 <u>杭州健启方科技有限公司</u></p>	
专业人员 签字	<u>戴其</u>	日期: <u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>戴兵</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>丽水市妇幼保健院</u>	
项目信息	项目名称: <u>丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)</u>	
	供应商名称: <u>上海天哲医疗器械有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>拟采购的 Trima 血细胞分离器及血细胞耗材, 为 Trima 血细胞分离器配套的唯一直用耗材, 管路包含 LIS 装置, 通过 FDA 认证, 拥有终端高注册证, 只能原厂供货。</p> <p>根据政府采购法有关规定, 建议本项目采用单一来源采购, 供应商为上海天哲医疗器械有限公司。</p>	
专业人员 签字	<u>戴兵</u>	日期: <u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>戴玉</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>丽水市切功保健院</u>	
项目信息	项目名称: <u>丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)</u>	
	供应商名称: <u>杭州百吉贸易有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>MCS⁺血小板分离机耗材为MCS⁺血小板分离机配套的唯-通用耗材,要求材质对人体无损害,并要通过EC认证,在中国注册, MCS+996E 须配双翼侧定17G穿刺针,专业性强,只能由原厂提供,</p> <p>根据政府采购法有关规定,建议本项目采用唯-来源采购,供应商为杭州百吉贸易有限公司。</p>	
专业人员 签字	<u>戴玉</u>	日期: <u>2025年1月15日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 	
	职称: 工程师	
	工作单位: 丽水市中医院	
项目信息	项目名称: 丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)	
	供应商名称: 杭州健启科技有限公司	
专业人员 论证意见	<p>所需采购的 AMICUS 血细胞分析仪耗材为 AMICUS 血细胞分析仪设备配套, 能够唯一供应者。产品通过 CE 认证和中国注册证, 要求非过滤去除白细胞, 提供少白细胞产品, 其性能强, 且能由原厂提供。</p> <p>根据政府采购办法有关规定, 建议采用单一来源采购方式采购, 供应商为杭州健启科技有限公司。</p>	
专业人员 签字		日期: 2025 年 1 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 王吉辉	
	职称： 工程师	
	工作单位： 丽水市中医院	
项目信息	项目名称： 丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)	
	供应商名称： 上海天哲医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>所采购 Trima 血细胞分离机耗材为 Trima 血细胞分离机配套的唯一直用耗材，管路包含 LRS 装置，管路计机构造独特，同时，耗材通过 FDA 认证，拥有终端注册证，只能由原厂提供。</p> <p>根据政府采购办法有关规定，建议本项目采用单一来源方式采购，供应商名称：上海天哲医疗器械有限公司。</p>	
专业人员 签字	王吉辉	日期： 2025 年 1 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 周志辉	
	职称: 工程师	
	工作单位: 丽水市中医院	
项目信息	项目名称: 丽水市中心血站 2025 年度机采血小板耗材采购项目 (MCS+996E、Trima80300 双份、费森尤斯 AMICUS)	
	供应商名称: 杭州百吉贸易有限公司	
专业人员 论证意见	<p>所需采购的 MCS+996E 耗材为 MCS+血细胞分离机血口套所需的专用耗材的唯一性, 要求采用铝材质对人体无害, 产品要通过 ISO 认证, 拥有中国注册证, 996E 或 996E 须西西翼侧空心穿刺针, 专业性较强, 只能由原厂提供, 故申请单一来源采购。</p> <p>根据政府采购法有关规定, 建议采用单一来源采购, 供应商名称: 杭州百吉贸易有限公司。</p>	
专业人员 签字	周志辉	日期: 2025 年 1 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。