

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：戴勇	
	职称：高级工程师	
	工作单位： 丽水市妇幼保健院	
项目信息	项目名称： 缙云县人民医院采购西门子 CT 设备维保服务项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	缙云县人民医院现在用的一台西门子SOMATOM Scope CT, 由于该设备的软硬件系统, 核心部件 均受西门子公司专利保护, 仅西门子原厂具备深度 维修、校准及软件升级权限, 第三方无法提 供同等技术支持。同时, 设备定期升级的AI 算法包、影像处理系统等, 仅能通过西门子官方 渠道获取, 设备关键配件(如高压发生器、滑 环等)也为西门子独有型号, 无其他替代品。鉴 于设备所依赖的技术支持搭配软硬件供应均 具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购 法》第三十条规定:“(一)只能从唯一供应商处采购 的, 可以采取单一来源方式采购”, 建议本项目以单 一来源方式向西门子医疗系统有限公司进行设 备维保服务采购。	
专业人员 签字		日期: 2025 年 3 月 19 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 雷建君	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 丽水市人民医院	
项目信息	项目名称： 缙云县人民医院采购西门子 CT 设备维保服务项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	缙云县人民医院现有一台西门子 SOMATOM Scope CT设备(生产厂家:西门子公司),目前设备运行稳定,整体使用情况良好。由于该设备的软硬件系统、核心部件(如球管、探测器等)均受西门子公司专利保护,仅西门子原厂具备深度维修、故障及软件升级权限,第三方无法提供同等技术支持。同时,设备需定期升级的AI算法包、影像处理系统等,仅能通过西门子官方渠道获取,以确保兼容性与安全性。此外,高压发生器、滑环等关键配件为西门子专有型号,市场无替代品,仅原厂可提供原装正品配件,避免兼容性风险。鉴于设备所依赖的技术支持和配件供应均具有唯一性,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定:“(一)只能从唯一供应商处采购的,可采取单一来源方式采购”建议以单一来源方式向西门子医疗系统有限公司进行为期3年的设备维保服务采购。	
专业人员签字	雷建君	日期: 2025 年 3 月 19 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 田旺	
	职称： 高工	
	工作单位： 丽水市人民医院	
项目信息	项目名称： 缙云县人民医院采购西门子CT设备维保服务项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	缙云县人民医院现拥有一台西门子 SOMATOM Scope CT设备(生产厂家, 西门子), 目前设备运行稳定, 整体使用情况良好。由于该设备的软硬件系统、核心部件(如球管、探测器等)均受西门子专利保护, 仅西门子原厂具备深度维修、授权软件升级权限, 第三方无法提供同等技术支持。同时, 设备需定期升级算法包、影像处理系统等, 仅能从西门子官方渠道获取, 以确保兼容性和安全性。此外, 设备关键配件(如高压发生器、滑环等)为西门子专有型号, 市场无替代品, 仅原厂可提供。鉴于设备所依赖的技术支持和配件供应均具有唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定:“(一)只能从唯一供应商采购的, 可采取单一来源方式采购”, 故建议以单一来源方式向西门子医疗系统有限公司进行为期3年的设备维保服务采购。	
专业人员签字	田旺	日期： 2025 年 3 月 19 日