

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阮利豪	
	职称: 医疗器械(中级)	
	工作单位: 丽水市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 丽水市人民医院采购东软 CT 球管项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司。	
专业人员论证意见	丽水市人民医院拥有一台东软生产的NeuViz216Platform型号CT设备,该设备运行状态稳定,在日常医疗工作中表现良好,为医院诊疗服务提供支撑。 该CT球管型号为CTR440CEM,球管号为特亮专供型号,在中国大陆内,东软医疗垄断采购渠道,市场上不存在其他合法采购途径。 该型号球管是CT设备注册所必需的核心关键部件,根据法律法规要求,严禁其他替代,以此保证设备的稳定性和限制性技术特性。 本次球管型号进行采购,唯一可行采购途径是向原供应商东软医疗系统股份有限公司进行采购。 利用单一来源采购的球管,确定东软医疗系统股份有限公司为供应商。	
专业人员签字	阮利豪	日期: 2025 年 3 月 19 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 戴勇	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 丽水市妇幼保健院	
项目信息	项目名称： 丽水市人民医院采购东软 CT 球管项目	
	供应商名称： 东软医疗系统股份有限公司。	
专业人员 论证意见	丽水市人民医院现在用的一台东软生产的 NeuVivo Platinum CT设备。因该CT的关键组件球管(CTR2140 CEM)，是东软医疗与日立合作生产，且该型号球管在中国大陆的独家供应商为东软医疗系统股份有限公司。 根据该型号CT的技术规范要求，CTR2140 CEM球管是该CT设备强制规定的核心部件，其他型号球管无法替代。 综上所述，采购东软CT球管从技术要求 and 供应商等方面均具有唯一性，根据政府采购法第三十一条第一款规定。建议本项目采取单一来源方式采购，指定供应商为东软医疗系统股份有限公司。	
专业人员 签字		日期：2025 年 3 月 19 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周仕辉	
	职称：工程师	
	工作单位：丽水市中医医院	
项目信息	项目名称：丽水市人民医院采购东软 CT 球管项目	
	供应商名称：东软医疗系统股份有限公司。	
专业人员论证意见	丽水市人民医院现拥有一台东软 NeuViz16 Platinum 型号的CT设备，目前，该设备运行状态稳定，在临床工作中表现良好，为医院的诊疗服务提供了有力支持。 该设备的重要组成部分，球管型号为CTR2140CENM，此球管是东软医疗专门向日立公司定制生产的特定型号。依据日立公司与东软的战略合作协议，于中国大陆范围内，该型号的球管市场上除东软公司外无其他获取途径。 该型球管是此CT设备注册证所涵盖的核心关键部件，根据相关法规与技术规范要求，严禁用其他型号替代，以保证设备能满足安全性、有效性以及强制性技术标准等方面的严格要求。本次对该型球管进行采购的途径只有向原供应商东软医疗系统股份有限公司进行采购。 综上，建议采用单一来源方式进行该型球管采购，供应商为东软医疗系统股份有限公司。	
专业人员签字	周仕辉	日期：2025 年 3 月 19 日