





单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 主任医师
	工作单位: 绍兴市人民医院
专业人员信息	姓名: 
	职称: 主任
	工作单位: 浙江省医学科学院
专业人员信息	姓名: 
	职称: 高工
	工作单位: 浙江医院
项目信息	项目名称: 浙江省中医院更换肛肠电极导管
	供应商名称: 杭州永健医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>医院消化科现有SSI胃肠动力学检测系统一台,其配件肛肠电极导管为高值消耗性配件,通常寿命为100次。因设备必须要匹配其肛肠电极导管才可使用,不同品牌的肛肠电极导管和设备不能兼容,只能更换与品牌相同的设备导管。建议采用单一来源的采购方式向原厂授权代理商进行采购。</p>
专业人员签字	
	日期 2025年4月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写