

仪器设备验收单

仪器设备名称：十万分之一天平 型号规格：XPR205DUE 出厂日期：2024.04

制造厂名：METTLER TOLEDO 购置日期：2024.10.8 金额：74600

使用部门：化药所 所在位置：1015 保管人：刘小勤

出厂编号：C443959745

测量范围：0~81g/220g 分辨率：0.01mg/0.1mg 测量精度：0.01mg

设备编号：/ H-1-161

| | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|---------|------------|------|------|
| 装箱单清点情况 | 仪器设备名称 | | 十万分之一天平 | | | |
| | 资料 | 出厂检定合格证 | 份数 | 1 | 张数 | / |
| | | 磁盘或光盘 | 份数 | / | 盘数 | / |
| | | 说明书 | 份数 | 1 | 本数 | / |
| | | 保修单 | 份数 | / | 张数 | 1 |
| | | 装箱单 | 份数 | / | 张数 | 1 |
| 附件情况 | 附件名称 | 型号 | 制造商 | 出厂编号 | 设备编号 | 位置 |
| | 数字记录仪 | P-52RUE | METTLER | C430489000 | / | 1015 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 验收结果、结论 | 该电子天平及数字记录仪可正常使用，验收合格。 | | | | | |

采购员：[Signature]

日期：2024.12.5

检验部门验收人员：[Signature]

日期：2024.12.5

计量管理员：[Signature]

日期：2024.12.5