

仪器设备验收单

仪器设备名称: 三相电压互感器运行时间后误差仪
 型号规格: 8870-7250
 出厂日期: 2024.8.22
 制造厂名: 宝捷伦
 购置日期: 2024.7.18
 金额: 2678000

使用部门: 研研所
 所在位置: 一期507
 保管人: 汪明才
 出厂编号: US2431 EBO1
 测量范围: 10~3000 MVA
 分辨率: 25000 (mVA/V)
 测量精度: 电压 PSD < 2%
 设备编号: F-W-43
 谐波电压 PSD < 1%

装箱单清 点情况	仪器设备名称		三相电压互感器运行时间后误差仪			
	资料	出厂检定合格证	份数	4	张数	4
		磁盘或光盘	份数	3	盘数	7
		说明书	份数	2	本数	2
		保修单	份数	0	张数	0
		装箱单	份数	1	张数	11
附件情况	附件名称	型号	制造商	出厂编号	设备编号	位置
	UPS	CB-10K	SANTAK	6297-A391571003	Q-25-33	一期507
	网络分析仪	GENIUSAE	Peak	824091301	Q-30-48	一期507
	打印机	M305dn	HP	PH53C39524	714103-2502-	一期507
	电脑	Z4 G5	HP	91258UC#A8A	711105-2502-001	二期507
验收结果、结论						

采购员: 吕玲 日期: 2025.2.19

检验部门验收人员: 汪明才 日期: 2025.2.19

计量管理员: 史家琰 日期: 2025.2.19