

仪器设备验收单

仪器设备名称：压差法气体透过率测试仪 型号规格：GT 5/31 出厂日期：2024 年 12 月 1 日
制造厂名：MOCON, Inc 购置日期： 金额：518000

使用部门：辅包所 所在位置：409 保管人：蔡志威

出厂编号：0020241001001

测量范围：0.05-20000 ml/m².day. 0.1Mpa 分辨率：0.0001 ml/m².day. 0.1Mpa

测量精度：±0.05 ml/m².day. 0.1Mpa 或读数的 ±5% （取大者）

设备编号：F-8-14

装箱单清 点情况	仪器设备名称		压差法气体透过率测试仪			
	资料	出厂检定合格证	份数	1	张数	1
		磁盘或光盘	份数	1	盘数	1
		说明书	份数	1	本数	1
		保修单	份数	1	张数	1
		装箱单	份数	1	张数	1
附件情况	附件名称	型号	制造商	出厂编号	设备编号	位置
	电脑	Optiplex 3020SFF	Dell		F-8-14-1	409
验收结 果、结论	仪器外观完好，附件齐全。中检院标准膜验证测试准确度，精度等满足要求。可给与验收。					

采购员：陈松 日期：2025.4.16
检验部门验收人员：蔡志威 日期：2025.4.16
计量管理员：史家谈 日期：2025.4.16