




单一来源采购方式专业人员论证意见

	采购单位	温州市中心医院		
	联系人	郭温祥	联系电话	0577-88070025
	采购项目名称	双屿院区CT保修(东软)	采购预算金额	45万元
	拟采用采购类型	服务类	拟采用采购方式	单一来源采购
项目基本情况	请选择该项目所适用的单一来源采购情形： <input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的， <input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 4. 政府购买服务中，公共服务项目具有特殊要求符合 <input type="checkbox"/> 4.1 在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失； <input type="checkbox"/> 4.2 省级以上（含省级）购买主体最近1年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果，本系统下级购买主体确实需要直接采用； <input type="checkbox"/> 4.3 其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目。			
	申请理由	本项目拟为本院双屿院区CT（东软neuviz extra）采购原厂整机全保服务。本项目要求服务包含全部零备件包括设备整机（含球管、探测器）、工作站和后处理软件等故障维修、安全检查、质量保证、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）等，要求开机率≥95%（按每年365天计算）。螺旋CT各部分精密度极高，发生故障维修难度大，如需更换零部件均需从原厂采购，为整机注册医疗设备。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的。故申请向该设备厂家的指定售后服务机构单一来源采购整机保修服务。		
拟定供应商	名称	东软医疗系统股份有限公司		
	地址	辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号		
专业人员信息	姓名	孙伟	职称	高级工程师
	工作单位	温州市人民医院		
论证意见	CT原厂家的保修服务技术可靠性高。在设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息提供方面，第三方维修服务机构无法保证质量和服务效率。尤其是第三方维修可能导致的设备隐患，给用户带来较大的纠纷风险。原厂家的保修服务可以保证设备运行质量、维修质量和维修时效性，有利于保障医院工作正常运行，有利于提高用户服务满意度。综上所述，建议允许以单一来源采购方式向原厂（东软医疗系统股份有限公司）购买维保服务，			
签名			日期	2025.2.19

单一来源采购方式专业人员论证意见

	采购单位	温州市中心医院		
	联系人	郭温祥	联系电话	0577-88070025
	采购项目名称	双屿院区 CT 保修(东软)	采购预算金额	45 万元
	拟采用采购类型	服务类	拟采用采购方式	单一来源采购
项目基本情况	<p>请选择该项目所适用的单一来源采购情形：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>1. 只能从唯一供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，</p> <p><input type="checkbox"/>3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的，</p> <p>4. 政府购买服务中，公共服务项目具有特殊要求符合</p> <p><input type="checkbox"/>4.1 在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失；</p> <p><input type="checkbox"/>4.2 省级以上（含省级）购买主体最近 1 年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果，本系统下级购买主体确实需要直接采用；</p> <p><input type="checkbox"/>4.3 其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目。</p>			
申请理由	<p>本项目拟为本院双屿院区 CT（东软 neuviz extra）采购原厂整机全保服务。本项目要求服务包含全部零备件包括设备整机（含球管、探测器）、工作站和后处理软件等故障维修、安全检查、质量保证、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）等，要求开机率≥95%（按每年 365 天计算）。螺旋 CT 各部分精密度极高，发生故障维修难度大，如需更换零部件均需从原厂采购，为整机注册医疗设备。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的。故申请向该设备厂家的指定售后服务机构单一来源采购整机保修服务。</p>			
拟定供应商	名称	东软医疗系统股份有限公司		
	地址	辽宁省沈阳市浑南区创新路 177-1 号		
专业人员信息	姓名	朱显武	职称	工程师
	工作单位	温州医科大学附属第二医院		
论证意见	<p>本项目要求服务包含全部零备件包括设备整机（含球管、探测器）、工作站和后处理软件等故障维修、安全检查、质量保证、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）等，要求开机率≥95%（按每年 365 天计算）。螺旋 CT 各部分精密度极高，发生故障维修难度大，如需更换零部件均需从原厂采购，为整机注册医疗设备。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的。其他第三方公司不能确保提供原厂全新零配件，无法保证维修质量和维修时效性，影响医院工作正常开展，增加病人等候时间。故建议允许以单一来源采购向原厂购买维保服务。</p>			
签名			日期	2025.2.19

单一来源采购方式专业人员论证意见

	采购单位	温州市中心医院		
	联系人	郭温祥	联系电话	0577-88070025
	采购项目名称	双屿院区CT保修(东软)	采购预算金额	45万元
	拟采用采购类型	服务类	拟采用采购方式	单一来源采购
项目基本情况	请选择该项目所适用的单一来源采购情形： <input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。 <input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 4. 政府购买服务中，公共服务项目具有特殊要求符合 <input type="checkbox"/> 4.1 在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失； <input type="checkbox"/> 4.2 省级以上（含省级）购买主体最近1年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果，本系统下级购买主体确实需要直接采用； <input type="checkbox"/> 4.3 其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目，			
	申请理由	本项目拟为本院双屿院区CT（东软 neuviz extra）采购原厂整机全保服务。本项目要求服务包含全部零备件包括设备整机（含球管、探测器）、工作站和后处理软件等故障维修、安全检查、质量保证、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）等，要求开机率≥95%（按每年365天计算）。螺旋CT各部分精密度极高，发生故障维修难度大，如需更换零部件均需从原厂采购，为整机注册医疗设备。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的。故申请向该设备厂家的指定售后服务机构单一来源采购整机保修服务。		
拟定供应商	名称	东软医疗系统股份有限公司		
	地址	辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号		
专业人员信息	姓名	王献敏	职称	高级工程师
	工作单位	温州市中西医结合医院		
论证意见	双屿院区CT（东软 neuviz extra）原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面原厂保修设备技术、性能、技术壁垒等方面的了解是其它公司无法比拟的，大部分情况下供应商能满足在12小时内派工程师到现场实施维修，维修备件在24小时内送达医院维修现场，可以保证维修质量并将停机时间减少到最低。其他第三方公司不能确保提供原厂全新零配件，无法保证维修质量和维修时效性，影响医院工作正常开展，增加病人等候时间。故建议允许以单一来源采购向原厂购买维保服务。			
签名			日期	2025.2.19