

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

	采购单位	温州市中心医院		
	联系人	郭温祥	联系电话	0577-88070025
	采购项目名称	大孔径 CT 保修 (GE)	采购预算金额	59.5 万元
	拟采用采购类型	服务类	拟采用采购方式	单一来源采购
项目基本情况	<p>请选择该项目所适用的单一来源采购情形：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。</p> <p>4. 政府购买服务中，公共服务项目具有特殊要求符合</p> <p><input type="checkbox"/> 4.1 在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失；</p> <p><input type="checkbox"/> 4.2 省级以上（含省级）购买主体最近 1 年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果，本系统下级购买主体确实需要直接采用；</p> <p><input type="checkbox"/> 4.3 其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目。</p>			
申请理由	<p>温州市中心医院现有大孔径 GE 螺旋 CT 1 套，型号为 Discovery CT590 RT，购置于 2016 年，使用年限较长，设备使用率高，球管损耗较大，更换维修费用昂贵，现将对该设备购买一年原厂保修服务，预算定为 59.5 元。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复设备时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的，目前暂无其他第三方公司具备合格的服务能力，故保修希望由原厂通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司负责，特此申请单一来源采购，望批准。</p>			
拟定供应商	名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
	地址	中国（上海）自由贸易试验区意威路 96 号 1 幢		
专业人员信息	姓名		职称	
	工作单位			
论证意见	<p>大孔径螺旋 CT (GE Discovery CT590 RT) 原厂保修技术可靠性更高，原厂在设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息提供方面，第三方维修服务机构无法保证质量和服务效率。原厂配件提供更及时、其对设备技术、性能、技术壁垒等方面的了解是其它公司无法比拟的，大部分情况下供应商能满足在 12 小时内派工程师到现场实施维修，维修备件在 24 小时内送达医院维修现场，可以保证维修质量并将停机时间减少到最低。其他第三方公司不能确保提供原厂全新零配件，无法保证维修质量和维修时效性，影响医院工作正常开展，增加病人等候时间。故建议允许以单一来源采购向原厂购买维保服务。</p>			
签名			日期	

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

	采购单位	温州市中心医院		
	联系人	郭温祥	联系电话	0577-88070025
	采购项目名称	大孔径 CT 保修 (GE)	采购预算金额	59.5 万元
	拟采用采购类型	服务类	拟采用采购方式	单一来源采购
项目基本情况	请选择该项目所适用的单一来源采购情形： <input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。 <input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 4. 政府购买服务中，公共服务项目具有特殊要求符合 <input type="checkbox"/> 4.1 在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失； <input type="checkbox"/> 4.2 省级以上（含省级）购买主体最近 1 年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果，本系统下级购买主体确实需要直接采用； <input type="checkbox"/> 4.3 其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目。			
	申请理由	温州市中心医院现有大孔径 GE 螺旋 CT 1 套，型号为 Discovery CT590 RT，购置于 2016 年，使用年限较长，设备使用率高，球管损耗较大，更换维修费用昂贵，现将对该设备购买一年原厂保修服务，预算定为 59.5 元。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复设备时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的，目前暂无其他第三方公司具备合格的服务能力，故保修希望由原厂通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司负责，特此申请单一来源采购，望批准。		
拟定供应商	名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
	地址	中国（上海）自由贸易试验区意威路 96 号 1 幢		
专业人员信息	姓名		职称	
	工作单位	1375749605 (GE 原厂)		
论证意见	大孔径螺旋 CT (GE Discovery CT590 RT) 原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面原厂保修设备技术、性能、技术壁垒等方面的了解是其它公司无法比拟的，大部分情况下供应商能满足在 12 小时内派工程师到现场实施维修，维修备件在 24 小时内送达医院维修现场，可以保证维修质量并将停机时间减少到最低。其他第三方公司不能确保提供原厂全新零配件，无法保证维修质量和维修时效性，影响医院工作正常开展，增加病人等候时间。故建议允许以单一来源采购向原厂购买维保服务。			
签名			日期	2025.2.27

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

	采购单位	温州市中心医院		
	联系人	郭温祥	联系电话	0577-88070025
	采购项目名称	大孔径 CT 保修 (GE)	采购预算金额	59.5 万元
	拟采用采购类型	服务类	拟采用采购方式	单一来源采购
项目基本情况	请选择该项目所适用的单一来源采购情形： <input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。 <input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 4. 政府购买服务中，公共服务项目具有特殊要求符合 <input type="checkbox"/> 4.1 在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失； <input type="checkbox"/> 4.2 省级以上（含省级）购买主体最近 1 年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果，本系统下级购买主体确实需要直接采用； <input type="checkbox"/> 4.3 其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目。			
	申请理由	温州市中心医院现有大孔径 GE 螺旋 CT 1 套，型号为 Discovery CT590 RT，购置于 2016 年，使用年限较长，设备使用率高，球管损耗较大，更换维修费用昂贵，现将对该设备购买一年原厂保修服务，预算定为 59.5 元。原厂保修技术可靠性更高，配件提供更及时、全面，且不存在修复设备时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的，目前暂无其他第三方公司具备合格的服务能力，故保修希望由原厂通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司负责，特此申请单一来源采购，望批准。		
拟定供应商	名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
	地址	中国（上海）自由贸易试验区意威路 96 号 1 幢		
专业人员信息	姓名		职称	工程师
	工作单位			
论证意见	大孔径螺旋 CT (GE Discovery CT590 RT) 是精密复杂的医疗设备，采购单位用于放疗机房，要求设备开机率保证在较高水平，不影响放疗项目的开展。大孔径螺旋 CT 配件来源单一，除原厂外一般没有第三方供应商；设备故障的诊断，备件的维修、更换，均需要有维修资质工程师完成，目前第三方公司不能完全掌握原厂技术，维修水平难以保证；一旦出现故障，只有原厂保修才能提供及时全面的处理和原厂配件供应，保证设备正常、可靠运行，最大限度减少停机的影响。故建议允许以单一来源采购向原厂购买维保服务。			
签名			日期	2020.2.27