

单一来源采购专家论证报告

一、基本情况				
申请单位	长兴县人民医院			
拟采购产品名称	GE 16 排大孔径 CT 维保			
拟采购产品金额	210 万元			
采购项目所属项目名称				
采购项目所属项目金额				
二、申请理由				
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购；				
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；				
☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同金额百分之十。				
原因阐述： 型号为 GE RT590GE 的 16 排大孔径 CT 维保需定期维护保养以解决设备的质量和安运行, 确保 CT 运行的可靠性, 保证临床使用及患者安全。经了解, 该设备球管和探测器等核心部件第三方维修方没有备件供应, 无法满足维修时效性和质量要求。该 GE 16 排大孔径 CT 为我院用于放疗定位的设备, 要求长期稳定精准, 故而由原厂授权的公司进行维修保养服务对设备安全运行更有保障, 因此对 GE 16 排大孔径 CT 维修保养服务申请单一来源采购。杭州华高医疗器械有限公司为湖州地区厂家唯一授权维保签约单位, 提供原厂维修配件及原厂认证服务人员进行售后维保服务, 服务团队专业, 维修质量可靠。综上所述, 该项目申请实施单一来源采购。				
三、拟定供应商				
拟定供应商名称	杭州华高医疗器械有限公司			
拟定供应商地址	杭州市拱墅区余杭塘路 515 号矩阵国际中心 6-304 室			
四、专家论证意见				
该单位原有设备为 GE16 排 CT, 为保证临床使用安全, 更以通过原厂唯一授权售后服务单位进行维保, 更以通过单一来源方式采购。				
姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
李如	湖州市中医院	副主任医师	13857271239	李如
邓勤	湖州市健康集团	中级	13058932992	邓勤
孙和	湖州市电业局	电工	(826)85932	孙和

附：1. 采购内容及预算清单（总值 万元）

序号	项目名称	数量	预计单价（万元）	总金额（万元）
1	GE 16 排大孔径 CT 维保	3 年	/	210
	合计			210