

一、验收方案							
(一) 项目基本情况							
采购人名称	浙江省医疗器械检验研究院			供应商名称	海尔施生物医药股份有限公司		
项目名称	全自动生化分析仪			合同编号	11N735261631202419008		
合同签订时间	2024. 10. 15			合同规定验收时间	/		
项目类型	☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程			合同金额	1148000 元（人民币）		
(二) 验收方式和方法							
验收组织方式	☒ 自行组织 ☐ 委托代理			代理机构名称	/		
验收方式	☒ 一般验收程序 ☐ 简易验收程序			选择简易验收理由	/		
验收方法	☒ 一次性验收 ☐ 分段验收 ☐ 分期验收			选择非一次性验收理由	/		
大型或复杂项目	☐ 是 ☒ 否			邀请本项目其他供应商	☐ 是 ☒ 否		
	参与验收检测机构名称	/			参与验收供应商名称	/	
(三) 验收人员组成							
验收小组总人数	5	专业技术人员人数	4	实际使用人人数（如有）	3	其他验收人员数量	/
验收人员姓名	所属部门		联系方式			备注	
许仲旻	生物材料检验研究所		0571-86002917			组长	
高梅	办公室		0571-86002960				
李婧	生物材料检验研究所		0571-87896540				
沈彬彬	质量管理部		0571-87896515				
陶智慧	生物材料检验研究所		0571-87896510				



(四) 验收主要指标和标准

序号	项目名称	货物型号规格、标准及配置等	数量及单位	单价(元)	合计(元)
1	全自动生化分析仪	贝克曼库尔特 AU5800(1个1套分析单元+1个电解质单元)	1套	/	1148000
2	全自动凝血分析仪	沃芬 TOP350CTS	1台	/	/
3	A4激光彩色打印机	惠普 Color Laser	1台	/	/
4	计算机及配套附件	HuntKey GS450C	1台	/	/
5	水机	/	1台	/	/
6	试剂	/	1套	/	/
7	备用光源灯	/	2个	/	/
8	UPS	/	1台	/	/



(1) 验收标准

1、采购合同



2、招标及投标文件



(2) 主要验收内容

1、仪器设备到货后，用户与供应商应根据招标文件和合同要求，当面清点仪器设备及其配件的数量、型号、外观。

2、仪器设备的安装调试及培训。

3、技术指标确认以及功能性验收：开机试运行一次，确保仪器程序正常。

4、安排第三方检测机构检测，主要参数至少包含如下：

校准/检定要求

校准/检定项目名称	校准/检定项目参数	合格范围	溯源依据	备注
批内精密度	UREA	$CV \leq 2.5$	YY/T0654-2017	/
	ALT	$CV \leq 5$	YY/T0654-2017	/
	TP	$CV \leq 2.5$	YY/T0654-2017	/
吸光度重复性	吸光度	$CV \leq 1.5$	JJF1720-2018	/

(3) 相关材料

1、入库单



2、仪器设备验收记录表



二、验收报告

货物类项目验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	☒ 合格 ☐ 不合格	
	品牌、型号、规格、数量及外观质量	☒ 合格 ☐ 不合格	
	技术、性能指标、使用情况	☒ 合格 ☐ 不合格	
	安装调试	☒ 合格 ☐ 不合格	
	售后服务承诺	☒ 合格 ☐ 不合格	
	合同履行时间、地点、方式	☒ 合格 ☐ 不合格	

		其他说明： /
三、验收结论		
存在的问题和改进意见	无	
验收小组意见	验收结论性意见 ☒ 合格 ☐ 不合格 其他需要说明的事项： /	
	有异议的意见和说明理由： 无 签字： 许仲夏	
	验收评价： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格	
验收小组成员签字： 许仲夏 陶智慧 沈林林 李婧 高梅		
供应商确认： 田少波  供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 18457329056 2025年4月29日		

