

一、验收方案							
(一) 项目基本情况							
采购人名称	浙江省医疗器械检验研究院			供应商名称	浙江省科学器材进出口有限责任公司		
项目名称	氙灯老化箱采购项目			合同编号	11N7352616312024124404 (ZJ-2470205-20 二次)		
合同签订时间	2024 年 12 月 31 日			合同规定验收时间	/		
项目类型	☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程			合同金额	1200000 元		
(二) 验收方式和方法							
验收组织方式	☒ 自行组织 ☐ 委托代理			代理机构名称	/		
验收方式	☒ 一般验收程序 ☐ 简易验收程序			选择简易验收理由	/		
验收方法	☒ 一次性验收 ☐ 分段验收 ☐ 分期验收			选择非一次性验收理由	/		
大型或复杂项目	☐ 是 ☒ 否			邀请本项目其他供应商	☐ 是 ☒ 否		
	参与验收检测机构名称	/			参与验收供应商名称	/	
(三) 验收人员组成							
验收小组总人数	5	专业技术人员人数	4	实际使用人人(如有)	/	其他验收人员数量	1
验收人员姓名	所属部门/单位		联系方式				备注
颜青来	光学器械检验研究所		0571-86002866				
冯勤	光学器械检验研究所		0571-86002837				组长
宋婷	光学器械检验研究所		0571-86002838				
高梅	办公室		0571-86002960				
沈彬彬	质量管理部		0571-87896515				

（四）验收主要指标和标准					
序号	项目名称	货物型号规格、标准及配置等	数量	单价	合计
1	氙灯老化箱采购项目	ATLAS BETA+FD 及配套灯管	1 套	1200000	1200000
（1）验收标准 1、采购合同 ☑ 2、招标及投标文件 ☑ 3、产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定 ☑ （2）主要验收内容 1、开箱确认：设备外观检查、配置清点检查； 2、功能、性能确认； 2.1 性能指标要求 2.1.1 波长 300-400nm 范围内的辐照度 2.1.1 温度 2.2 功能要求 2.2.1 运行过程中，试验样品架围绕光源旋转 2.2.2 紫外线防护观察窗 2.2.3 能根据设定的测试时间或累积辐照度能量自动停止试验 3、整套系统验收确认； （3）相关材料 1、入库单 ☑ 2、仪器设备验收记录表 ☑					
二、验收报告					
货物类项	评价内容		评价情况		理由
	货物清单		☑合格□不合格		
	品牌、型号、规格、数量及外观质量		☑合格□不合格		

目验收内容及验收情况	技术、性能指标	☒ 合格 ☐ 不合格	
	运行状况及安装调试	☒ 合格 ☐ 不合格	
	质量证明文件	☒ 合格 ☐ 不合格	
	安全标准	☒ 合格 ☐ 不合格	
	售后服务承诺	☒ 合格 ☐ 不合格	
	合同履行时间、地点、方式	☒ 合格 ☐ 不合格	
	其他说明：		
三、验收结论			
存在的问题和改进意见		无	
验收小组意见	验收结论性意见 ☒ 合格 ☐ 不合格 其他需要说明的事项：		
	有异议的意见和说明理由： 无 签字：		
	验收评价： ☐ 优秀 ☒ 良好 ☐ 合格		
验收小组成员签字： 冯树、颜青来、宋好、高梅、洪树林			
供应商确认：  供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 2025 年 5 月 29 日			