

单一来源采购专家论证报告

| | |
|--|---------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 湖州市第三人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 脑电图升级 PSG 功能 |
| 拟采购产品预算 | 11 万 |
| 二、申请理由 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购； | |
| <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； | |
| <input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同金额百分之十。 | |
| 原因阐述： <p>脑电图升级为 PSG 功能，主要是在原有脑电图基础上增加多导睡眠监测的相关功能，主要包括：硬件升级（1）增加电极数量和种类；（2）配备呼吸监测设备；（3）增加血氧饱和度监测仪：通过指夹式或耳部血氧饱和度监测仪，实时监测患者睡眠时的血氧饱和度变化。软件升级（1）睡眠分期算法；（2）睡眠监测的数据分析与报告系统；（3）增加辅助诊断功能：如结合睡眠呼吸暂停指数、血氧饱和度下降指数等指标，辅助诊断睡眠呼吸暂停综合征、失眠症、发作性睡病等多种睡眠障碍疾病。因此，在使用现有脑电放大器的基础上，只能向脑电图原厂购买升级服务。</p> | |
| 三、拟定供应商 | |
| 拟定供应商名称 | 杭州悦行优品健康管理有限公司 |
| 拟定供应商地址 | 浙江省杭州市拱墅区中山北路 439 号 714 室 |

四、专家论证意见

由于该功能为在原有的大器上升级，因此只能从唯一供应商处采购（原厂家），故同意单一来源采购。

批准！

| 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 联系电话 | 签名 |
|-----|---------|-------|-------------|-----|
| 陆迎春 | 湖州市中心医院 | 工程师 | 13706523877 | 陆迎春 |
| 张明 | 湖州一院 | 科主任 | 13505728860 | 张明 |
| 赵利平 | 湖州印中医院 | 高级工程师 | 1381922872 | 赵利平 |