

单一来源采购专家论证报告

一、基本情况	
申请单位	湖州市第三人民医院
拟采购产品名称	动物圆形线圈（与经颅磁刺激仪配套使用）
拟采购产品预算	7 万
二、申请理由	
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购；	
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；	
☒ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同金额百分之十。	
原因阐述： 经颅磁刺激仪申请单一来源采购配套线圈的理由有以下几点: 1. 兼容性要求: 经颅磁刺激仪的线圈与主机在设计上有特定的电气和物理接口要求, 不同品牌或型号的线圈接口插针等可能具有独特设计, 无法与其他生产商的设备兼容。2. 性能匹配需求: 原配线圈是根据经颅磁刺激仪主机的性能参数专门设计的, 能与主机在磁场强度、频率、脉冲波形等方面实现最佳匹配, 从而保证刺激的准确性、稳定性和有效性。3. 数据一致性和可比性: 在科研或临床应用中, 为了保证数据的一致性和可比性, 需要使用相同品牌和型号的配套线圈。这样可以确保不同时间、不同病例的数据在相同的条件下获取, 便于进行科学分析和研究。	
三、拟定供应商	
拟定供应商名称	湖州星远医疗器械有限公司
拟定供应商地址	湖州市金世纪大厦 1606 室
四、专家论证意见 医院所用经颅磁刺激仪技术复杂且参数要求较高, 视屏采购与其配套使用的动物圆形线圈。从兼容性看, 该设备的线圈与主机在设计上有特定的电气和物理接口, 为匹配接口要求, 只能采购同品牌原	



厂生产的线圈,确保设备稳定运行,其他品牌目前无法实现无缝对接,在性能匹配性上,原厂配套线圈在能量输出特性、刺激聚焦精度与经颅磁刺激仪可高度适配,可充分发挥设备效能,保障刺激效果的准确性和稳定性,可实现最佳治疗与实验效果的关键。从数据一致性和可比性来说,使用同品牌线圈,能保证不同时间、不同实验条件下采集的数据具有一致性和可比性,为研究和临床诊断提供可靠依据,采用其他品牌线圈,数据波动大,严重影响结果准确性和可靠性。且与采购人为函,据市场调研发现,本产品目前湖州市内唯一经销商为湖州星远医疗器械有限公司,故目前只能向其采购该设备线圈,建议贵单位向湖州星远医疗器械有限公司以单一来源方式采购。

姓名	工作单位	职称/职务	联系电话	签名
韩超	市建康集团	工程师	1366721739	韩超
柏建	市平江	主任	1325728076	柏建
杨增平	市中心医院	高工	13587933117	杨增平

