

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 傅晓韵
	职称: 高工
	工作单位: 浙江省人民医院
专业人员信息	姓名: 郭中远
	职称: 浙江省立同德医院
	工作单位: 高工
专业人员信息	姓名: 王亚
	职称: 杭州 子乙
	工作单位: 杭州市中医院
项目信息	项目名称: 西门子磁共振和CT维保服务
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>医院需购买西门子2台磁共振 (Skyra 3.0T, MAGNETOM Avanto Dot 1.5T) 和 1台 64排CT (SOMATOM GO TOP) 的保修服务。为保证维修质量和提高维修效率, 减少停机时间, 并需要满足4小时内派工程师到现场维修以及维修备件24小时内送达维修现场, 只有设备原厂维修服务能满足医院的维修服务要求。</p> <p>鉴于此情况, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款规定情形, 建议本项目采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	傅晓韵 王亚 日期: 2020 10 25 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。