

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 许政	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 乌鲁木齐市友谊医院	
项目信息	项目名称: 玛纳斯县总医院广东地乡分院超声多普勒乳腺探头采购项目	
	供应商名称: 乌鲁木齐市博翔实业有限公司	
专业人员论证意见	医院拟申请采购的超声多普勒乳腺探头,是在现在用的设备主要配件,频率在7-15MHz,分辨率0.1-0.5mm,侧向分辨率0.2-1mm;灵敏度按控制到乳腺组织细微微小变化;动态范围60-100dB等,由于每个品牌的此类设备都有自己的专利技术,特定设计的接口,包括乳腺探头接入探头和自动识别、超声波的激发以及发射检测回波等的不同,各厂家生产的此类探头不能相互替换,也无法匹配使用。原厂生产的探头,以及主要配件都是经严格的数量控制,在数量上自保证,因此,由厂家授权的博翔公司为此事负责,同意按单一来源方式办理。	
专业人员签字	许政	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 胡亚华	
	职称: 正高级工程师	
	工作单位: 医科大学第二附属医院	
项目信息	项目名称: 玛纳斯县总医院广东地乡分院超声多普勒乳腺探头采购项目	
	供应商名称: 乌鲁木齐市博翔实业有限公司	
专业人员论证意见	玛纳斯县总医院广东地乡分院拟采购的超声多普勒乳腺探头是医院现有的超声多普勒设备配套使用的探头,该探头穿透力强,频率范围f为$5-15\text{MHz}$,用于乳腺部位检查时扫描角度为$90^{\circ}-180^{\circ}$,现医院使用的超声设备均为深圳迈瑞公司,不同品牌和型号的探头根据其在设计参数及硬件接口等方面有一定的差别,为了保证图像质量,与现有设备的匹配性,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,符合专业要求,经论证,同意医院采用单一来源的方式从有授权的供应商-乌鲁木齐市博翔实业有限公司处采购超声多普勒乳腺探头,满足临床需要。	
专业人员签字	胡亚华	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名： 谭利	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 自治区人民医院	
项目信息	项目名称：玛纳斯县总医院广东地乡分院超声多普勒乳腺探头采购项目	
	供应商名称：乌鲁木齐市博翔实业有限公司	
专业人员论证意见	该院拟购置的超声多普勒乳腺探头是与该院现有的超声多普勒诊断仪配套使用，该院现有的迈瑞超声多普勒诊断仪图像空间分辨率高同时存贮图像均匀性好，成像速度快，具有立体血流技术，人工智能辅助诊断技术，目前，由于各厂家的设计理念，设备结构以及技术的先进性都不相同，同时，由于知识产权保护的要素的原因，其核心技术并未对外开放，其它第三方的乳腺探头均无法与该院现有的主机相匹配 根据《中华人民共和国政府采购法》第31条以及74号令的相关规定，同意从符合法定代理商务采用单一来源的方式购置	
专业人员签字	谭利	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专家签名表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1	胡文平	医科大学第二附属医院	正高级医师	13119919818
2	王芳利	自治区人民医院	高级医师	1389966102
3	许政	乌鲁木齐市妇幼保健院	高级医师	13579885766