

专家签名表


序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1	李翔宇	承德大学附属医院	主任医师	18935931793
2	王亚梅	乌鲁木齐市友谊医院	主任医师	1389981752
3	肖恩	兵团医院	主任医师	13999161311

。单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: <u>张</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>复用电抗中心</u>	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (DS 稀释液、M-60LH 溶血剂等 23 项试剂) 采购项目	
	供应商名称: 新疆圆润时代贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位拟采购的 DS 稀释液, M-60LH 溶血剂等试剂为该单位现有在用的 BC-7600 全自动血细胞分析仪的专用耗材及试剂, 由于该设备工艺不同及该设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 其它品牌的试剂及耗材不能通用, 也无替代品, 产品具有唯一性, 为保证用户单位正常工作的开展, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74 号令《政府采购非招标采购办法》的相关条款, 建议采用单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>张</u>	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

。单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 鞠柳	
	职称: 工程师	
	工作单位: 新疆大学附院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (DS 稀释液、M-60LH 溶血剂等 23 项试剂) 采购项目	
	供应商名称: 新疆圆润时代贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位拟采购的血液分析仪 CRP 试剂在 23 项试剂为该院目前在用的 BC-7600 血液细胞计数仪的专用耗材, 由于该设备厂家试剂通道未开放保护措施, 其它品牌试剂无法替换使用, 具有唯一性, 为持续该单位工作顺利开展, 按照该单位的唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条相关规定, 建议单一来源采购。</p>	
专业人员签字		日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

。单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 王环梅	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 喀什地区第一人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (DS 稀释液、M-60LH 溶血剂等 23 项试剂) 采购项目	
	供应商名称: 新疆圆润时代贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的检验试剂 (DS 稀释液、m-60 LH 溶血剂等试剂) 是用于检测 -7600 全自动血细胞分析仪的专用试剂。该院以前已储备此设备, 拥有唯一性的试剂。根据《中华人民共和国政府采购法》第 31 条; “74 号令” 关于单一来源采购的相关规定政策, 建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王环梅	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。