

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名:	余司珍
	职称:	主任医师
	工作单位:	乌鲁木齐市医院
项目信息	项目名称:	新疆医科大学第二附属医院电子胃镜、结肠镜采购项目
	供应商名称:	新疆汪河科技发展有限公司
专业人员论证意见	新疆医科大学第二附属医院拟采购电子胃镜、结肠镜等设备,目前医院使用所有内镜主机系统均是日本奥林巴斯公司生产,目前其它品牌所有内镜均无法和现有主机系统在医院使用,卡兼委新疆汪河科技发展有限公司厂家授权经销商,根据《政府采购法》第三十一条相关规定,同意采用单一来源方式技术单位处采购。	
专业人员签字	余司珍	日期 年 月 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名:	王清
	职称:	高级工程师
	工作单位:	新医大二附院
项目信息	项目名称:	新疆医科大学第二附属医院电子胃镜、结肠镜采购项目
	供应商名称:	新疆汪河科技发展有限公司
专业人员论证意见	新医大二附院拟采购电子胃镜、结肠镜等设备。目前医院使用的内窥镜主机系统是日本奥林巴斯产品。新疆汪河科技发展有限公司是该授权经销商。目前其它品牌的内窥镜均无法和现有的主机系统匹配使用，不兼容。根据《政府采购法》第31条相关规定，同意采用单一来源方式从授权单位处采购。	
专业人员签字	王清	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 薛双	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区中医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院电子胃镜、结肠镜采购项目	
	供应商名称: 新疆汪河科技发展有限公司	
专业人员论证意见	新疆二附院拟采购的电子胃镜、结肠镜等设备, 目前医院使用伟思内镜主机系统是欧姆得公司产品, 目前其他品牌伟思内镜均无法和现有主机系统匹配使用, 不兼容, 新疆汪河科技发展有限公司与厂家授权经销商, 根据《政府采购法》第31条相关规定, 同意采用单一来源方式与汪河公司议标。	
专业人员签字	薛双	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专家签名表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1	王琦	新医大二附院	高工	13999910050
2	郭双	临汾市中心医院	主治医师	13579871998
3	侯国珍	临汾市中心医院	主治医师	15299187609