

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 许政	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 乌鲁木齐市儿童医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区第六人民医院微生物试剂及试剂辅助耗材采购项目	
	供应商名称: 新疆中科京贸生物科技有限公司	
专业人员论证意见	该申请单位拟申请审批的微生物试剂及试剂辅助耗材一批。经了解此批耗材系进口试剂耗材，在KRI/ITR 500+酶标仪、酶标仪、KRI/ITR 500-T+样本前处理系统、微生物检测设备等试剂耗材，为一次性耗材，液体试剂耗材（培养基、染液、金霉素“O”溶液）等，均属于专用耗材。由于设备为特定生产，其试剂耗材通道不与其他产品的试剂耗材兼容，因此无法使用。如使用该设备的正常运行，检测数据的准确性、安全、稳定性等，均有保障。根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条、二十四条的有关规定，同意按单一来源方式办理。	
专业人员签字	许政	日期: 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: <u>胡琼</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>乌鲁木齐市第一人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区第六人民医院微生物试剂及试剂辅助耗材采购项目	
	供应商名称: 新疆中科京贸生物科技有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购的“微生物试剂及试剂辅助耗材”为该院现有在用“科瑞杰”品牌的微生物培养箱、自动洗瓶机、自动洗瓶机(KR)/TTR800+智能温控系统、(KR)/TY3-50T+标准生化反应系统、(KR)/PR-3-AT)等仪器使用的配套试剂与耗材。由于该品牌仪器设计、制造、方法、试剂、耗材等各不相同,各品牌均根据各自仪器特点研发配套试剂与耗材,又因受知识产权方面的限制措施,其他品牌的产品均无法与之替代。产品具有唯一性。根据《政府采购法》第三十一条,24号令及单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	<u>胡琼</u>	日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 朱文	
	职称: 工程师	
	工作单位: 新疆医科大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区第六人民医院微生物试剂及试剂辅助耗材采购项目	
	供应商名称: 新疆中科京贸生物科技有限公司	
专业人员论证意见	医院现有抗酸分枝杆菌涂染阅读小镜不开放使用试剂, 该涂染镜全由涂片染色机、智能涂片仪、样本前处理系统, 所需试剂属专用机专用试剂, 为确保相关检测指标的精准性, 经论证该套试剂不开放的特性, 建议采用单一来源方式采购专用机专用试剂, 来保障临床检验工作的顺利进行。	
专业人员签字	朱文	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专家签名表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1	朱	新医大附院	工程师	13697794989
2	许敏	乌鲁木齐市友谊医院	副主任医师	13579885966
3	胡琼	乌鲁木齐市中医院	主任医师	13999180826