

单一来源论证专家名单

专家类别	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
技术专家	邱伟	市中医院	高工	13079919279	
技术专家	许政	乌鲁木齐市妇幼保健院	高工	13579885966	
技术专家	郝伟奇	自治区妇幼保健院	主任医师	13699399862	

单一来源采购专家论证意见表

专业信息人员	姓名: 韩伟奇	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 自治区胸科医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院皮肤组织钻孔器采购项目	
	供应商名称: 中美之光国际医疗投资管理(北京)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购皮肤组织钻孔器采购项目, 由于该项目的设备是中美之光国际医疗投资管理(北京)有限公司生产的设备, 本次需为该设备采购配套使用的耗材, 要求有大口径钻头, 长度, 型号 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、长度 5mm、8mm、10mm、和长发钻头 0.8mm、1.0mm、1.2mm、各种型号, 的配件, 目前市场上仅有该公司的产品才能使用, 具有唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74号令关于单一来源的相关规定, 同意该院采用单一来源方式进行采购	
专业人员签字	韩伟奇	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业信息人员	姓名:	许政
	职称:	高级工程师
	工作单位:	乌鲁木齐市长安医院
项目信息	项目名称:	新疆医科大学第一附属医院皮肤组织钻孔器采购项目
	供应商名称:	中美之光国际医疗投资管理(北京)有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 经论证,该皮肤组织钻孔器为临床治疗皮肤组织缺损、植皮手术、烧伤创面修复、美容手术等必备设备,且该产品具有自主知识产权,技术先进,性能稳定,使用寿命长,且该产品为唯一供应商所生产,其他同类产品无法替代,因此,建议从该供应商处采购。 许政	
专业人员签字	许政	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业信息人员	姓名: 邱伟	
	职称: 高工	
	工作单位: 乌鲁木齐市中医医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院皮肤组织钻孔器采购项目	
	供应商名称: 中美之光国际医疗投资管理(北京)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 专科专用设备,应用于医院皮肤科进行植皮及毛发移植配套使用.有钻头.钻杆和柄部等组成.医用不锈钢材料硬度有多用要求.产品规格.尺寸应包含0.4mm-3.5mm的全部规格. 国内唯一生产产品厂家为:中美之光国际医疗投资管理(北京)有限公司.根据政府采购法第二十一条74号令/关于单一来源采购的相关规定.同意采用单一来源方式予以采购.	
专业人员签字	邱伟	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。