

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 新疆药品仪器检验所	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备更新项目 2024 年度国产医疗设备购置项目(第三批) (四维调强+二维矩阵剂量验证系统)	
	供应商名称: 新疆康凯瑞恒医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 四维调强+二维矩阵剂量验证系统主要用于调强计划实施的绝对剂量验证。该系统包含电离室、剂量计、相应的三维(含容积)剂量分析软件能精准实现二维剂量的测量与分析。目前国内完成产品注册的产品只有广州瑞慈医学科技股份有限公司的产品。因此根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、74号令从政府采购非招标采购管理办法》第二十一条和相关规定,同意推荐该产品进行采购。	
专业人员签字	李斌	日期 2025 年 02月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩伟奇	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 自治区胸科医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备更新项目 2024 年度国产医疗设备购置项目(第三批) (四维调强+二维矩阵剂量验证系统)	
	供应商名称: 新疆康凯瑞恒医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购四维调强+二维矩阵剂量验证系统项目。该系统是最新的技术优势,可提供多组患者分析结果,包括三维剂量、三维gamma以及靶区和危及器官的DVH分析,还提供多种模体剂量分布显示方式。目前国内仅有广州瑞象思医药科技有限公司生产该产品。经新疆康凯瑞恒医疗器械有限公司有授权的经销商购买。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令关于单一来源采购方式的相关政策,同意该院采用单一来源方式采购该产品。	
专业人员签字	韩伟奇	日期 2025 年 02 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备更新项目 2024 年度国产医疗设备购置项目(第三批) (四维调强+二维矩阵剂量验证系统)	
	供应商名称: 新疆康凯瑞恒医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的四维调强+二维矩阵剂量验证系统, 要求为开放式空气电离室、探测器数量、电离室腔体体积、标称灵敏系数等参数, 要同时满足这些要求的企业, 目前国内只有广州瑞多思医疗科技有限公司的产品可以达到, 唯一性, 不可替代。根据《政府采购法》第三十一条, 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源方式采购的相关规定, 同意采购单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王忠明	日期 2023 年 02 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。