


专业人员 信息	姓名: 廖海清	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 国家统计局新疆调查队	
项目信息	项目名称: 克拉玛依市中心医院 2024 年医疗设备采购第七批三部分进口 (BK 经会阴前列腺穿刺超声探头) 采购项目 (预算金额: 280000 元)	
	供应商名称: 新疆佰腾生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	BK 经会阴前列腺穿刺超声探头, 其参数为该院已有 BK 超声主机型号为 1202 配套探头, 属于配套探头。该探头 [配套] 及主机均由新疆佰腾生物科技有限公司经销。故推荐 BK 经会阴前列腺穿刺超声探头为单一来源采购方式	
专业人员 签字		日期 2024 年 10 月 24 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>李健</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>军区药品仪器检验所</u>	
项目信息	项目名称: 克拉玛依市中心医院 2024 年医疗设备采购第七批三部分进口 (BK 经会阴前列腺穿刺超声探头) 采购项目 (预算金额: 280000 元)	
	供应商名称: 新疆佰腾生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	<p>医院原有BK1202 超声诊断仪, 频率范围4-12 MHz, 阵元数横向128. 纵向192. 横向阵元间距&gt;5.5. 焦径&gt;40mm. 穿透深度大于前列腺全深度(约4-5cm). 在开展会阴前列腺穿刺时. 需使用配套 BK 经会阴前列腺穿刺超声引导探头. 其品牌同套超声引导探头无法在BK1202 超声诊断仪上使用. 因此. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一. 74号令《政府采购非招标采购管理办法》. 同意采用单一来源方式. 从技术授权供应商采购.</p>	
专业人员 签字	<u>李健</u>	日期 <u>2024年10月24日</u>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 王树娟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 克拉玛依市社会保险管理局	
项目信息	项目名称: 克拉玛依市中心医院 2024 年医疗设备采购第七批三部分进口 (BK 经会阴前列腺穿刺超声探头) 采购项目 (预算金额: 280000 元)	
	供应商名称: 新疆佰腾生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	<p>该项目拟采购的 BK 经会阴前列腺穿刺超声探头是一种用于前列腺穿刺活检的医疗设备。该项目设备要求穿刺深度大于前列腺全厚度约 4-5cm, 焦距范围 3-60mm, 弯曲半径不大于 3cm。满足上述技术要求之产品。目前只有取得授权及注册许可的 BK 经会阴前列腺穿刺超声探头能够与医院现有设备 BK (PO2) 超声主机能够配套使用。为满足医院临床需要, 同意该项目根据政府采购法第三十一条及 74 号令相关规定, 从取得授权的克拉玛依佰腾生物科技有限公司处采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	王树娟	日期 2024 年 10 月 24 日