

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 郜斌	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 喀什市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心病毒载量检测试剂采购项目 (预算金额: 2688000 元)	
	供应商名称: 北京众丞华晔技术有限公司	
专业人员 论证意见	<p>新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心病毒载量检测试剂采购项目适用于丽珠 Auto NA96 全自动核酸提取仪和 SLAN-96 PCR 扩增仪平台开展的 HIV 病毒载量检测, 为某设备的配套使用, 未开放端口, 仅有北京众丞华晔技术有限公司提供的产品可以使用, 其参数满足采购需求, 并配套赠送试剂产品及全部耗材, 为唯一工厂生产, 产品具有唯一性, 第三方无法替代, 北京众丞华晔技术有限公司为本项目的唯一授权代理商, 根据法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三十一条七号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	郜斌	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： <u>李旭</u>	
	职称： <u>主任技师</u>	
	工作单位： <u>乌鲁木齐市疾控中心</u>	
项目信息	项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心病毒载量检测试剂采购项目（预算金额：2688000 元）	
	供应商名称：北京众丞华晔技术有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本项目为新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心病毒载量检测试剂项目。该试剂要求灵敏度$\leq 30IU/mL$，HIV-1 M23、N12、O12全覆盖检测靶标至少涵盖LPR、POL、GAG三个保守区中心两个，而且要适用丽珠AUTOANA 96全向为核磁检测平台和SLAN-96P PCR扩增仪平台开展HIV病毒载量检测。由于各家试剂设计理念工艺其活剂各不相同，同时由于技术保护的原因，其核心技术并未对外开放，只有原厂所套试剂才能达到要求，并且北京众丞华晔技术有限公司为唯一经销商。根据《中华人民共和国政府采购法》第3条、74号令《政府采购非招标采购管理办法》相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	<u>李旭</u>	日期_____年____月____日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 王凌冰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 国际旅行卫生保健中心	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心病毒载量检测试剂采购项目 (预算金额: 2688000 元)	
	供应商名称: 北京众丞华晔技术有限公司	
专业人员 论证意见	<p>该项目采购的病毒载量检测试剂, 为丽珠 Auto NA 96 全自动核酸提取仪和 SLAN-96P PCR 扩增仪平台开展的 HIV 病毒载量检测的配套试剂。检测灵敏度 $\leq 30 IU/ml$。检测靶标至少覆盖 LTR、POL、GAG 三个基因保守区中的两个。产品具有唯一性。第三方产品无法替代。北京众丞华晔技术有限公司为授权代理商。根据法律依據:《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	王凌冰	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 王娟	
	职称： 执业药师	
	工作单位： 乌鲁木齐市时代伟业医药有限公司	
项目信息	项目名称： 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心病毒载量检测试剂采购项目（预算金额：2688000 元）	
	供应商名称： 北京众丞华晔技术有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本项目采购的病毒载量检测试剂，为用于丽珠 AutoNA96 全自动核酸提取仪和 SLAN-96P PCR 扩增仪平台开展的 HIV 病毒载量检测设备配套使用。其检测灵敏度 $\leq 30IU/ml$ 检测灵敏度比较高，HIV-1 M 组、N 组、O 组全覆盖，范围广泛，检测病毒准确。</p> <p>该设备未开放端口，仅有病毒载量检测试剂可以使用，产品具有唯一性、第三方产品无法替代，北京众丞华晔技术有限公司为本项目的唯一授权代理商。根据法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员 签字	王娟	日期 年 月 日