

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩伟奇
	职称: 主管技师
	工作单位: 自治区胸科医院
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目
	供应商名称: 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司
专业人员论证意见	该院拟采购临床检验试剂采购项目, 该项目的试剂主要用在目前医院在用的热景C2000全自动化学发光免疫分析仪上使用。试剂的早胎蛋白异常值比率(AFP-L3%)试剂盒要求为AFP [0.6, 1200] ng/mL。精密度: 批内变异系数应均$\leq 10.0\%$。异常凝血酶原试剂盒要求批内变异系数(CV) $\leq 8.0\%$。该产品由北京热景生物技术股份有限公司生产用于C2000全自动化学发光仪上, 其他产品无法用于该机上, 具有唯一性。只能有授权的子公司新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司的采购。根据政府采购法三十一条、74号令关于单一来源的相关政策, 同意该院采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	韩伟奇 日期: 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙玉华	
	职称: 研究员	
	工作单位: 新疆药物研究所	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目	
	供应商名称: 新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司	
专业人员论证意见	该项目依据《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)做了需求管理论证,前期做了充分论证。本次采购试剂具有唯一性,只有一个厂家生产的:甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%)测定试剂盒、异常凝血酶原测定试剂盒、高尔基体蛋白73测定试剂盒符合本项目,同意采用单一来源方式从北京慈爱生物技术股份有限公司采购以上三种试剂。	
专业人员签字	孙玉华	日期: 年 月 日