

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 李素红	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 山西省儿童医院	
项目信息	项目名称: 昌吉州中医医院 DAKO 免疫组化试剂、 耗材采购项目	
	供应商名称: 新疆振泽商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>为满足临床诊断需要,昌吉州中医医院病理科引进 DAKO 全自动免疫组化染色仪一台,目前需要在该仪器上开展免疫组化项目。影响免疫组化染色结果最关键的因素为试剂,如果使用与仪器不相匹配的试剂,无法保证检测结果的可靠性。为了确保检测需求的最佳性能, CAP 及 ISO 15189 建议使用与仪器相匹配,并已通过性能验证的试剂,从而避免因试剂与仪器不匹配造成检测结果不准确已给相关的风险和损失。因此需要购入与现有仪器 DAKO 相匹配的专用耗材,厂家授权的唯一合法授权商是新疆振泽商贸有限公司,故为单一来源采购。</p>	
专业人员签字	李素红	日期 24年3月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕玉红	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 昌吉市人民医院	
项目信息	项目名称: 昌吉州中医医院 DAKO 免疫组化试剂、 耗材采购项目	
	供应商名称: 新疆振泽商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>为进一步满足临床诊断需要,昌吉州中医医院病理科引进DAKO全自动免疫组化染色仪一台。目前需要在该仪器上开展免疫组化项目。免疫组化相关试剂为影响免疫组化染色判读结果的最关键因素。如使用与仪器不匹配的试剂则检测结果可靠性无法保证。为确保检测需要的最佳性能。CAP及ZS015189建议使用该仪器相配套,并经过性能验证的试剂,进而避免因试剂与仪器不匹配原因造成的检测结果不准确的相关风险,因此现需购入与现有仪器DAKO相配套的专用试剂耗材。厂家授权的唯一合法授权商是振泽商贸有限公司,故为单一来源采购。</p>	
专业人员签字	吕玉红	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马国庆	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 昌吉州人民医院	
项目信息	项目名称: 昌吉州中医医院 DAKO 免疫组化试剂、 耗材采购项目	
	供应商名称: 新疆振泽商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>免疫组化检测在病理诊断及肿瘤治疗中起着重要且不可替代的作用。不同检测产品对抗体有着不同的要求和较高的匹配性。</p> <p>DAKO 检测试剂属于封闭型这种封闭性确保了试剂与抗体完全兼容性和稳定性能。从而保证了染色结果的准确性和可靠性。</p> <p>新疆振泽商贸有限公司是新疆地区唯一销售 DAKO 检测试剂的授权经销商。为确保试剂质量和供应的稳定性，故认为采用单一来源采购方式是合理且必要的。</p> <p>该授权书唯一合法授权商是振泽商贸有限公司。故为单一来源采购。</p>	
专业人员签字	马国庆	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周斌
	职称: 主任医师
	工作单位: 昌吉州人民医院
项目信息	项目名称: 昌吉州中医医院 DAKO 免疫组化试剂、 耗材采购项目
	供应商名称: 新疆振泽商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>在病理诊断中,免疫组化检测技术扮演着重要角色。通过免疫组化检测技术,可以区分不同肿瘤类型,了解肿瘤细胞分化程度,以及它们与正常细胞的差异,预测肿瘤的发展趋势,为治疗方案的制定提供依据。</p> <p>DAKO检测试剂系统优势在于其高度的特异性,能够精确的检测出组织或细胞中的特定抗原,可以在组织或细胞中进行抗原的准确定位,并同时观察其形态和功能状态。</p> <p>新疆振泽商贸有限公司是新疆地区唯一拥有DAKO检测试剂授权经销商,免疫组化数据分析和解读更加准确,为确保试剂质量的稳定性,本人认为采用单一来源采购是合理必要的。</p> <p>厂家授权的唯一合法授权商是振泽商贸有限公司故为单一来源采购。</p>
专业人员签字	周斌
	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姚红霞
	职称: 副主任医师
	工作单位: 昌吉市人民医院
项目信息	项目名称: 昌吉州中医医院 DAKO 免疫组化试剂、耗材采购项目
	供应商名称: 新疆振泽商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>为进一步满足临床诊断需要,昌吉州中医医院病理科引进 DAKO 全自动免疫组化染色仪一台,目前需要在该仪器上开展免疫组化项目。免疫组化相关试剂为影响免疫组化染色判读结果的最关键因素,如使用与仪器不匹配的试剂,则检测结果的可靠性无法保证。为确保检测需要的最佳性能, CAP 及 ISO15189 建议使用与仪器相配套,并经过性能验证的试剂,进而来避免因试剂与仪器不匹配原因造成的检测结果不准确的相关风险,因此现再购入与现有仪器 DAKO 相配套的专机专用试剂耗材。厂家授权的唯一合法授权商是振泽商贸有限公司,故为单一来源采购。</p>
专业人员签字	姚红霞
	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。