

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李惠娟	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 伊犁州人民医院 00489232	
项目信息	项目名称: 甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(快检) 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒 (快检) 新型冠状病毒核酸检测试剂(快检) 供应商名称: 新疆同臻泓创医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>此设备可用于甲、乙型流感病毒、呼吸道病毒、支原体、新型冠状病毒核酸检测试剂盒(快检)。适用于临床标本检测。</p> <p>可满足临床对新型冠状病毒核酸检测试剂盒(快检)的工作需求。</p> <p>唯一授权“新疆同臻泓创医疗科技有限公司”，故单一来源。</p>	
专业人员签字	李惠娟	日期 2020年7月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	牛莉莉
	职称:	副主任技师
	工作单位:	昌吉州人民医院
项目信息	项目名称:	甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(快检) 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒(快检) 新型冠状病毒核酸检测试剂(快检)
	供应商名称:	新疆同臻泓创医疗科技有限公司
	专业人员论证意见	目前中医院检验科已有卡龙迪 Flash 20 快检核酸扩增仪，该平台可用于新冠核酸快速筛查，敏感性高，速度快。肺部呼吸道核酸扩增仪与法来时长，对于临床及时、准确的手术无法满足，故使用与卡龙迪 Flash 20 平台匹配的试剂满足临床需求。 故唯一授权“新疆同臻泓创医疗科技有限公司”故单一来源。
专业人员签字	牛莉莉	日期 2021年 7月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	<u>王旭晖</u>	
	职称:	<u>副主任技师</u>	
	工作单位:	<u>昌吉州人民医院</u>	
项目信息	项目名称:甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(快检) 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒 (快检) 新型冠状病毒核酸检测试剂(快检)		
	供应商名称:新疆同臻泓创医疗科技有限公司		
专业人员论证意见	<p>因院内现有卡尤迪 Flash 20 快速核酸检测分析仪，且该平台在疫情期间被用于新冠病毒核酸检测快速筛查，起到了比较便捷的快速筛查作用。</p> <p>常规的呼吸道核酸检测，因临床病人等待时间过长，无法满足目前临床上对呼吸道感染和发热的及时性、高准确度的诊疗需求。</p> <p>三款试剂兼具抗原和核酸检测试剂法的优点，操作随到随检，速度快，结果更准确。三款试剂盒已用过配卡尤迪 Flash 20 平台。 唯一授权“新疆同臻泓创医疗科技有限公司”，故单一来源。</p>		
专业人员签字	<u>王旭晖</u>	日期	2024年7月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阿不来提江·买合木提
	职称: 副主任技师
	工作单位: 自治区第二人民医院
项目信息	项目名称: 甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(快检) 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒(快检) 新型冠状病毒核酸检测试剂(快检) 供应商名称: 新疆同臻泓创医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>基于院内目前已有一台卡尤迪 Flash20 快速核酸检测试剂盒,且该平台在新冠疫情期间被用于新冠快速筛查起到了非常好的快检、快筛作用。</p> <p>卡尤迪公司于此平台又获批了两款试剂产品(甲乙型流感病毒核酸检测试剂和呼吸道肺炎支原体、合胞病毒核酸检测试剂)。</p> <p>三款试剂兼具有抗原和普通核酸检测方法的优点,样本随到随检,和常规试剂相比,检测时间短,灵敏度高,结果更准确,三款试剂盒专机专用,连配 Flash20 平台。</p> <p>常规的呼吸道肺炎支原体、合胞病毒核酸检测试剂盒因 TAT 时间过长无法满足目前临幊上对呼吸道感染和发热的及时性、高准确度的诊疗需求且目前呼吸道合胞病毒和肺炎支原体双重检测试剂盒仅有卡尤迪一家。</p> <p>鉴于上述原因,认为本项目具有唯一性,故采用单一来源采购方式采购。</p> <p>唯一授权“新疆同臻泓创医疗科技有限公司”故单一来源。</p>
专业人员签字	阿不来提 日期 2024年 7月 31 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阿地力江·艾合买提	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 自治区第二人民医院	
项目信息	项目名称: 甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(快检) 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒(快检) 新型冠状病毒核酸检测试剂(快检)	
	供应商名称: 新疆同臻泓创医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>基于院内已有卓大迪下Flash 20 小时核酸检测仪且该设备在新冠期间被用于新冠核酸快速检测筛查,起到了非常好的作用。卓大迪公司于此平台又获批了两款试剂产品,即乙型流感病毒核酸检测试剂和呼吸道肺炎支原体、合胞病毒核酸检测试剂。</p> <p>三款试剂均兼具抗原和鼻咽核酸检测方法的优点,且样本随到随检,和常规试剂相比检测时间短,灵敏度高,结果更准确,结果更准确。三款试剂多点通用,适配卓大迪下Flash 20 平台,常规的呼吸道肺炎支原体、合胞病毒核酸检测,扩增时间过长,无法满足临床对呼吸及道感染和发热的及时性,高准确度的诊疗要求,且目前呼吸道合胞病毒和肺炎支原体的双重检测试剂尚且仅有进口产品。</p> <p>鉴于上述原因,认为本项目具有唯一性,拟采用单一来源采购方式采购。</p> <p>唯一授权:新疆同臻泓创医疗科技有限公司 故单一来源。</p>	
专业人员签字	阿地力江·艾合买提	日期 2024年7月3日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。