

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙玉龙	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (包 32 血清蛋白测定试剂盒(电泳法)等 23 项)	
	供应商名称: 新疆圆润时代贸易有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该单位拟采购的血清蛋白测定试剂盒 23 项, 是适用于该院赛比亚全自动毛细管电泳仪, 由于各厂家设备的设计理念, 检测原理有所不同, 厂家不开放通道, 须与原厂试剂配套使用, 为满足临床使用需求, 依照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74 号令《政府非招标采购管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	孙玉龙	日期 2025 年 4 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李平	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 新疆医科大学第二附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (包 32 血清蛋白测定试剂盒(电泳法)等 23 项)	
	供应商名称: 新疆圆润时代贸易有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 该项目拟由医院集中采购, 医院已采购 血清蛋白测定试剂盒(电泳法)等 23 项试剂 用于该院检验, 今拟由医院采购电泳仪 - CAPILLARIS 3 OCTA 和全自动电泳仪 - H2 SF 系统使用, 由于 各厂家电泳仪设计原理, 检测原理各有不同, 原 已开过医嘱, 需与原试剂配套使用, 为确保 检测结果准确, 按照《医院采购办法》第 21 条 74 条之规定, 同意采用单一来源方式 采购。	
	专业人员签字	日期 2025 年 4 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 白碱滩人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (包 32 血清蛋白测定试剂盒(电泳法)等 23 项)	
	供应商名称: 新疆圆润时代贸易有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 新疆医科大学第二附属医院拟采购血清蛋白测定试剂(电泳法),该试剂配套赛比亚全自动毛细管电泳仪使用,该设备主要用于血清蛋白电泳、免疫分型电泳,该设备采取封闭式试剂,无通用试剂可替代,为保证检验工作正常开展,只能使用原厂试剂且从原厂唯一授权供应商处采购,根据政府采购法第31条及74条相关规定,同意采取单一来源方式进行采购	
专业人员签字	张峰	日期 2025 年 4 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。