

新疆医科大学第一附属医院钨-192 放射源采购项目

单一来源论证专家签到表

时间: 2025 年 月 日

序号	姓名	身份证号	联系电话	工作单位	职称或资格
1	孙玉龙	650103198804063237	18509915706	自治区第三人民医院	工程师
2	孙2.3	610103196511082446	13199919812	医院二分院	主治医师
3	孙忠明	650103195511269019	1399999071	乌鲁木齐市医院	高工

本人声明:

一、本人熟悉该类论证项目, 与采购代理机构、采购单位没有利益关系;

二、本人具有中级以上专业技术职称或新疆维吾尔自治区政府采购评审专家资格, 或属于具有特殊行业突出专业特长, 熟悉产品情况的专业人员;

三、本人愿意以独立身份参加政府项目论证工作, 并接受财政部门、监察部门的监督管理;

四、本人承诺认真、公正、诚实、廉洁地履行论证职责, 如出具论证意见, 承担不实论证意见的相关法律责任;

五、本人没有违纪违法等不良记录。

专家签字: 孙玉龙 孙2.3 孙忠明

日期:

论证专家填写栏

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡小平	
	职称: 正高级工程师	
	工作单位: 医科大学二附院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院钇-192 放射源采购项目	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	医院拟购钇-192放射源是用于后装治疗机配套使用的元件。要求放射源长度$10\text{cm} \pm 10\%$, 放射源包装尺寸: 长4.5mm、$\pm 0.2\text{mm}$、直径0.9mm。放射源芯尺寸: 长3.5mm、$\pm 0.2\text{mm}$。源长度误差$15\text{mm} \pm 10\text{mm}$。目前医院使用的后装治疗机为医科达Micro Selectron型。因该源的设计结构不同, 第三方生产的钇-192放射源无法与现有的机型匹配。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条、74号令及《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意医院采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	胡小平	日期_____年__月__日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王江太	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区第二人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院钇-192 放射源采购项目	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该单位拟采购的钇-192放射源,是适配于该院现有的医科达-micro Selettron后装治疗机。由于放射源的特殊性,为保证放射源活度在$10Ci \pm 10\%$范围内,其半衰期,封装形式等有特定要求。包括源的尺寸、形状以及配套的防护等。综上所述,由于放射源的特殊性和市场局限性,其采购、运输都需要有资质的公司。医科达(上海)医疗器械有限公司是唯一满足供应商。依照《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、74号令《政府非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王江太	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明 职称: 高级工程师 工作单位: 军区总医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院钇-192 放射源采购项目 供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司
专业人员论证意见	该院拟采购的钇-192放射源,是与医科达 microselection后装治疗机配套的专机专用产品,活度$10\text{Ci} \pm 10\%$,由于原设备生产厂家知识产权及技术保护措施,其他第三方的放射源均不能配套使用,也无替代产品,具有唯一性,只能从医科达(上海)医疗器械有限公司处获得,根据政府采购法》第三十一条,74号《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。
专业人员签字	日期: 2015年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

王忠明