

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 17 日

专业人员信息	姓名：李斌
	职称：副主任医师
	工作单位：鄂东药品仪器检验所
项目信息	项目名称：C反应蛋白
	供应商名称：鄂东生药医学科技有限公司
专业人员论证意见： 医院现有超敏检测（海川普门），采用免疫散射比浊法，采用EDTA抗凝血直接检测。检测范围0.5-370mg/L。CV≤10%。检测速度>180测试/时。在开展检测时，需使用超敏C反应蛋白测定试剂盒。才能完成血清、血浆样本处理，获得检测数据。其他品牌试剂盒无法在该机上使用，不能获得检测数据。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条，74号令《政府采购非招标采购管理办法》相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。 专家签字：李斌 日期：2025.5.17	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：张峰
	职称：高级工程师
	工作单位：自治区人民医院
项目信息	项目名称：C反应试剂
	供应商名称：新疆生荣医学科技有限公司
专业人员论证意见： 采购人拟购置医院现有超敏检测（深圳普门）配套检测。超敏C反应蛋白测定试剂盒检测采用散射比浊法，兼容EOTIA抗凝全血直接检测，检测范围0.5-370mg/L，精密度CV≤10%，批量检测速度≥180测试/小时。因该设备采取封闭试剂，市场其它品牌无可替代产品，无法在该机上使用。为保证医院检验工作正常开展，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购法实施条例》相关规定，同意采取单一来源方式采购。 专家签字：张峰 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：	武贵强
	职称：	实验师
	工作单位：	退休
项目信息	项目名称：	C 反应试剂
	供应商名称：	新疆生康医学科技有限公司

专业人员论证意见：

该院现有全自动分析仪(PA-990pro 专门特定)采用免疫散射比浊法，检测范围0.5-270mg/L 精密度，CV≤10%，在临床检测时，需要采用超敏C反应蛋白试剂盒和试剂耗材，能够取得准确可靠的数据，其它品牌的试剂耗材在该机上无法完成检测流程，无法获得满意的结果。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购管理办法》相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。

专家签字：武贵强

日期：2025.5.19

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。