

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月19日

专业人员信息	姓名：李健
	职称：副主任医师
	工作单位：军区药品仪器检验所
项目信息	项目名称：血气分析仪及耗材
	供应商名称：新疆新灵都商贸有限公司
专业人员论证意见： 医院现有血气分析仪（品牌为特AB29），在 开展临床血气分析、PO_2、PO_2、Pa、P_t、P_{aO_2} 检测时， 需使用配套、电极测试卡、定标液、质控液等，才能完成检测流程，获取检测可 靠准确数据。其品牌试剂耗材在采购上无法 使用，无法获取检测数据，故，根据《中华人 民共和国政府采购法》第四十一、七十四《政府采购 非招标采购办法》的相关规定，同意采用单一 来源采购。 专家签字：李健 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：张峰
	职称：高级工程师
	工作单位：自治区人民医院
项目信息	项目名称：血气分析仪及耗材
	供应商名称：新疆新灵都旭商贸有限公司
专业人员论证意见： 采购人拟购置医院现有血气分析仪（需杜半特 ABL9）配套电极卡、定标液、质控测。以上试剂是开展血气细胞压积等血气检查项目时必备耗材，由于该设备采取封闭试剂方式，市场其它品牌试剂无法适配使用。为保证医院检验工作正常开展，根据中华人民共和国政府采购法实施条例及74号令《政府采购非招标采购管理办法》相关规定，同意采取单一来源方式进行采购。 专家签字：张峰 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名： 武贵强
	职称： 高级实验师
	工作单位： 退休
项目信息	项目名称：血气分析仪耗材
	供应商名称：新疆新灵都商贸有限公司
专业人员论证意见： 该院现有血气分析仪（雷度手持ABL9）该产品与便携式血气分析仪和其试剂配套使用，以测量人体血液中的PH、PCO₂、PO₂、PCa、Pk、PNa等和细胞无氧呼吸，需使用配套电极测试卡，定标液，质控液等，才能完成检测流程，获得检测准确数据。其它品牌试剂耗材与该机上无法使用。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条、74号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。 专家签字：武贵强 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。