

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：李建
	职称：副主任技师
	工作单位：军区药品仪器研究所
项目信息	项目名称：大便分析仪试剂
	供应商名称：强盛生荣医学科技有限公司
专业人员论证意见： 医院现有粪便检测仪（爱威）每瓶试剂耗材 心法：阴性及阳性符合率≥90%。灵敏度≥0.249/ml。在 开展临床检测时，需使用配套大便隐血试剂盒。作为 试剂盒。细胞计数板。通过每瓶试剂盒才能取得 检测数据，其他品牌试剂耗材无法获取检测数 据。无法完成检测流程。因此，根据《中华人民共和国 政府采购法》第二十一条。14号令《政府采购非 招标采购办法》相关规定，同意采用单一 来源采购方式进行采购。 专家签字：李建 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名： 张文峰
	职称： 高级工程师
	工作单位： 自治区人民医院
项目信息	项目名称： 大便分析仪试剂
	供应商名称： 新疆 生康医学科技有限公司

专业人员论证意见：

采购人拟购置粪便检测仪（爱威）配套检测试剂、样本处理包、细胞计数板、一次性采集器等耗材，以上耗材是检测相关测试数据必备耗材，因该设备固件需匹配原厂配套耗材，才能开展相关临存检测，其它品牌试剂、耗材无法与其配套使用，因此根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定，同意采取单一来源方式进行采购。

专家签字： 张文峰

日期：2025.5.19

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月/8日

专业人员信息	姓名：	武贵峰
	职称：	三级实验师
	工作单位：	退休
项目信息	项目名称：	大便分析仪试剂
	供应商名称：	斯盛生原医学科技有限公司
专业人员论证意见： 该院没有粪便检测仪(原装)采用双抗体夹心法 阴性及阳性符合率均≥90%，灵敏度检测0.249/ml的人 血红蛋白。在开展临床检测时，需使用配套大便隐 血检测试剂盒，样本处理用试剂包，细胞计数板。 粪便采集器，能够获得检测数据，其它品牌试剂耗 材无法获取检测数据，无法完成检测流程。因此， 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条，74号令 《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定。 同意采用单一来源方式进行采购。 专家签字：武贵峰 日期：2025.5.18		

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。