

专家签到表

项目名称：乌鲁木齐市米东区中医医院生化分析仪试剂、耗材-单一来源论证

论证地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心领海大厦18层1806室

论证时间：2025-5-21

序号	姓 名	身份证号码	工作单位	专 业	职 称	联系电话
1	王延斌	65-3126196506275572	解放军第18医院	医学	主任医师	16699293198
2	李红叶	650102196802134526	兵团疾控中心	检验	主任技师	13669979511
3	李永	653122196810120210	新疆药品仪器检验所	医学工程	副主任医师	1399917927

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌
	职称: 副主任技师
	工作单位: 军区药品仪器检验所
项目信息	项目名称: 生化分析仪试剂、耗材
	供应商名称: 新疆新灵都旭商贸有限公司
专业人员论证意见	医院现有生化分析仪(日立LS1008a)在开展临床检测时,需使用配套ISE清洗液、钠钾离子浓度控制标准液、碱性清洗液、标准稀释液、质控品等试剂耗材,才能完成检测流程,获得准确可靠临床生化报告。其他品牌试剂耗材在该机上无法完成检测流程,无法获取检测数据。因此,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一、七十四条及《政府采购非招标采购管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	李斌 日期: ____年__月__日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王福欣
	职称: 主任医师
	工作单位: 解放军第18医院
项目信息	项目名称: 生化分析仪试剂、耗材
	供应商名称: 新疆新灵都旭商贸有限公司
专业人员论证意见	医院拟采购的生化分析仪试剂耗材, 为日立LS7008a分析仪, 配套使用的试剂, 钾离子浓度检测标准液, LS7008碱性清洗剂, 样本稀释液25L, 离子浓度检测参比电极液等。(因受知识、经验的限制, 只有特定的商家销售, 依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条和财办74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	王福欣 日期: ____年__月__日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李红叶</u> 职称: <u>主任技师</u> 工作单位: <u>夏图疾控中心</u>
项目信息	项目名称: <u>生化分析仪试剂、耗材</u> 供应商名称: <u>新疆新灵都旭商贸有限公司</u>
专业人员论证意见	医院现有的生化分析仪为日立LS10089生化分析仪,在检测工作中需使用配套的清洗液(ISEM)、钠、钾、氯离子浓度检测校准液、LS1008碱性清洗液、钠、钾、氯离子浓度检测校准品(离子选择电极法)清洗液HICARRYNON、钠钾氯离子浓度检测质控品等试剂耗材,才能完成检测流程,获得准确、可靠的检测结果,其它品牌试剂耗材无法在该机上完成检测并取得准确可靠的结果,因此根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,14号令《政府采购非招标采购办法》相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	<u>李红叶</u> 日期: ____年__月__日