

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李俊</u> 职称: <u>副主任医师</u> 工作单位: <u>鄂区药品仪器检验所</u>
项目信息	项目名称: 尿液分析试纸条 (干化学法) URIT 11G、UQ-11 尿液干化学分析质控物、尿机清洗液 D22、尿机清洗液 D21N、尿液有形成分分析仪用质控物 尿沉渣质控 (中值) L2、尿液有形成分分析仪用质控物 尿沉渣质控 (高值) L3、尿液有形成分分析仪用质控物、尿液分析试纸条 (干化学法) URIT 11FA、清洗液 URIT D16、尿液分析用鞘液、尿液有形成分分析仪用聚焦液 (调焦液) 供应商名称: 中山市中安医疗器械有限公司
专业人员论证意见	医院现有尿液分析仪 (代利特 VS-2000) 在进行临床尿有形成分分析检测时, 需使用原厂配套 11G 干化学法试纸条、质控物、清洗液 D22、D21、中高值质控品、尿液分析用鞘液、调焦液, 才能完成检测程序, 获得精准数据, 均收效甚佳。临床检测价值高。其他品牌的试剂耗材, 无法在该机上完成检测流程, 数据无法读取。因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、74号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定, 同意采用单一来源采购方式进行采购。
专业人员签字	<u>李俊</u> 日期: <u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>6</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张峰,
	职称: 助理工程师
	工作单位: 韶关市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 尿液分析试纸条(干化学法)URIT 11G、UQ-11 尿液干化学分析质控物、尿机清洗液 D22、尿机清洗液 D21N、尿液有形成分分析仪用质控物 尿沉渣质控(中值) L2、尿液有形成分分析仪用质控物 尿沉渣质控(高值) L3、尿液有形成分分析仪用质控物、尿液分析试纸条(干化学法)URIT 11FA、清洗液 URIT D16、尿液分析用鞘液、尿液有形成分分析仪用聚焦液(调焦液)
	供应商名称: 中山市中安医疗器械有限公司
专业人员论证意见	该单位拟采购尿液分析试纸条,干化学法)URIT 11G、UQ-11 尿液干化学分析质控物等物品,由于科室现使用检测该项目仪器为US-2000P,该厂家设计理念及知识产权等因素影响,目前市场上尚无替代使用产品,属于专机专用配件。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十五条,为维持患者检验检测质量,同意采购该单一来源物品。
专业人员签字	张峰、 日期: 2025 年 5 月 6 日

专家签到表

项目名称：乌鲁木齐市米东区中医医院试剂、耗材-单一来源论证
论证地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心领海大厦18层1806室
论证时间：2025-5-6

序号	姓名	身份证号码	工作单位	专业	职 称	联系电话
1	李健	653122196810120210	宇区药品仪器采购办	副主任医师 医学工程	副主任医师	13999172927
2	孔凡	659001197605211287	新疆维吾尔自治区	副主任医师	医生	18999222016
3	王亚平	650103196412071011	武警医院	副主任医师	副主任医师	13999222016