

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>陈方方</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>新疆医科大学附属肿瘤医院</u>	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院 CT 维保服务	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该医院有2台GE生产的16750 CT机需要定期维修，包括校准、探测器、高压发生器等硬件及设备的软件升级。由于其相关硬件结构、技术及驱动程序的复杂性及独特性，以及对维修、保养的特殊需求，第三方维修无法替代，且维修周期长和维修团队的稳定性得不到保障，应和维保公司建立长期合作关系，具备唯一性，根据《政府采购法》第三十一条第一款和《4号令》《政府采购非招标方式管理办法》，建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字:	<u>陈方方</u>	日期: 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼、	
	职称:	主任技师	
	工作单位:	乌鲁木齐市肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院 CT 维保服务		
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司		
专业人员论证意见	<p>新疆医科大学附属肿瘤医院拟采购的“CT维保服务”项目，为该院现有的“GE-CT6/HD750”维修服务。包括：保养、维护、故障排除、计划性停机及备件设备设施维修服务、停机原厂零配件、正版耗材、合法、优先提供备件的发货。由于该设备原厂深知该产品及技术维护措施，其他渠道的零配件及软件均不能保证使用，产品有唯一性。通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司是设备维修商在国内外设立的一家服务商。根据《政府采购法》第31条，74号令有关单一来源采购的规定，同意采用单一来源的方式进行采购。</p>		
专业人员签字:	胡琼、	日期:	年 月 日



扫描全能王 创建

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明 职称: 高级工程师. 工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院 CT 维保服务 供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的CT维保服务项目,是为该院现在用的GE/HD750型CT机购买的白金保修,在保修期间包括硬件更换、软件升级等工作,由于该设备属于厂家的知识产权及技术保护措施等原因,其他第三方的球管、高压发生器、软件等均不通用,只能从通用电器医疗系统贸易发展(上海)有限公司处获得原厂的软硬件,具有唯一性,根据《政府采购法》第三十二条、74号令《政府采购非招标方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字:	王忠明	日期: 年 月 日



扫描全能王 创建