

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名: 王忠明 |
| | 职称: 高工 |
| | 工作单位: 军区总医院 |
| 项目信息 | 项目名称: 强生过氧化氢低温等离子灭菌器维保服务 |
| | 供应商名称: 新疆诺启商贸有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>该院拟采购的强生过氧化氢等离子灭菌器维保服务项目,为了达到灭菌效果,各项性能指标就必须达到原厂要求的指标,所以在维保过程中必须更换原厂另配件和软件升级才能完成。由于原厂定知识产权和技术保护措施等原因,其他第三方的配件、软件均不能使用,也无替代品,具有唯一性,且新疆诺启商贸有限公司是唯一授权的维保服务商。根据《政府采购》第二十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p> |
| 专业人员签字: | <p>王忠明</p> <p>日期: 年 月 日</p> |

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|-----------|
| 专业人员信息 | 姓名: 陈利 | |
| | 职称: 高级技师 | |
| | 工作单位: 自治区人民医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 强生过氧化氢低温等离子灭菌器维保服务 | |
| | 供应商名称: 新疆诺启商贸有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>强生过氧化氢低温等离子灭菌器适用于内镜、电钻等多种精密器械的消毒。该设备灭菌周期较短，自动化程度高，能兼容不同材质的手术器械。目前，国内生产厂家设计的理念，设备的结构，尺寸均与进口不同。同时，由于设备维护保养复杂，其核心配件并未对外开放，其维修工程师必须经过原厂专业培训。核心配件也都必须经过原厂的严格检测。其他品牌的维保公司都无法提供与原厂同等的质量保证。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定，同意采用单一来源的方式进行采购。</p> | |
| 专业人员签字: | 陈利 | 日期: 年 月 日 |