

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明
	职称: 高级工程师
	工作单位: 解放军总医院
项目信息	项目名称: 3M 环氧乙烷灭菌器维保服务
	供应商名称: 北京泉辉和奕医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的3M环氧乙烷灭菌器维修保养服务项目,要求必须达到原厂的各项技术性能指标,才能完成灭菌工作,就必须更换原厂配件和原厂软件升级,由于原厂的知识产权和技术保护措施,其他第三方配件和软件均不能使用,也无替代产品,具有唯一性,且北京泉辉和奕医疗器械有限公司是唯一授权的维保服务代理商。根据《政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字:	<p>日期: 年 月 日</p> <p>王忠明</p>

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯子开	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 3M 环氧乙烷灭菌器维保服务	
	供应商名称: 北京泉辉和奕医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>                     该院购买的3M环氧乙烷灭菌器的维保服务,原为服务单位具备相应厂家资质的二级技术人员,经操作过程中较为复杂,并保证设备的定期对其软件进行升级,由于厂家二级技术人员培训的独特性,软件结构和技术的独特性,以及软件技术知识产权的保护措施,第三方无法替代,北京泉辉和奕医疗器械有限公司是厂家授权的唯一单位,故根据《政府采购货物和服务招标投标法》第七十四条之规定,同意采用单一来源采购。                 </p>	
专业人员签字:	冯子开	日期:     年    月    日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 隋利	
	职称: 高级技师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 3M 环氧乙烷灭菌器维保服务	
	供应商名称: 北京泉辉和奕医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>3M 环氧乙烷灭菌器广泛用于多种不耐高温、不耐湿的医疗器械的灭菌, 该设备对灭菌过程的参数有精确的控制和监测, 灭菌舱内配备了温度控制, 还有动态湿度控制, 关键是其高温高湿度的控制性能, 目前市场上同类产品的设计理念, 设备的结构, 核心的部件都不相同, 同时, 该产品还采取了保护专利, 其核心技术并非公开知识, 其维修工程师必须经过厂家的专业培训, 核心部件也必须在厂家的售后服务, 其他维修公司以服务公司不具备原厂培训及售后服务, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定, 符合下列单一来源采购</p>	
专业人员签字:	隋利	日期: 年 月 日