

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕子平
	职称: 副高级工程师
	工作单位: 武警部队
项目信息	项目名称: 洁定压力蒸汽灭菌器及干燥柜维保
	供应商名称: 陕西铭汇信息科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该单位拟购的洁定压力蒸汽灭菌器及干燥柜维保服务,要求供应商具有原厂培训的专业技术人员,并能提供原厂生产的配件,维保期间内对该设备进行软件升级,由于原厂结构、技术的独特性和软件技术知识,专权的保护措施,第三方无法替代,其服务具有唯一性,陕西铭汇信息科技有限公司是生产厂家的唯一授权服务单位,依据《政府采购法》第二十一条第一款和74号令之规定,同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 吕子平 日期: 年 月 日 </div>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢利
	职称: 高级工程师
	工作单位: 自治区人民医院
项目信息	项目名称: 洁定压力蒸汽灭菌器及干燥柜维保
	供应商名称: 陕西铭汇信息科技有限公司
专业人员论证意见	<p>洁定压力蒸汽灭菌器及干燥柜适用于多种类型的医疗机械物品的灭菌及干燥, 该设备灭菌过程相对较难, 具备先进的控制单元, 可实现灭菌过程的全自动化操作, 提高了灭菌质量的稳定性。目前, 由于各生产厂家设计的理念, 设备的结构形式的先进性都不一样, 同时, 由于各生产厂家核心技术因素, 其核心技术并未对外开放, 其维修人员必须经过原厂的专业培训, 核心配件也必须由原厂供货确认, 其他非原厂的维修公司都无法提供同原厂的售后服务, 根据《中华人民共和国政府采购法》第31条的规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字:	<p>谢利</p> <p>日期: 年 月 日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明
	职称: 高工
	工作单位: 军医总医院
项目信息	项目名称: 洁定压力蒸汽灭菌器及干燥柜维保
	供应商名称: 陕西铭汇信息科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的洁定压力蒸汽灭菌器及干燥柜维保服务,要在灭菌效果,就必须达到原厂的性能指标。所以,在维保过程中必须更换原厂的另配件和软件升级,由于原厂知识产权及技术保护措施等原因,其他第三方的配件及软件均不能通用,也无替代产品,具有唯一性。根据《政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字:	<p>王忠明</p> <p>日期: 年 月 日</p>