

附件:

包31 CM-800

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军总医院己亥	
项目信息	项目名称: 该院医共体检验试剂、医用耗材采购项目(单一来源) 标段三十一	
	供应商名称: 江西格棱医药器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	该院拟采购的清洗液、反应杯、针、光源灯、碱性、酸性清洗液等6种耗材, 是基蛋生物生产的CM-800型全自动生化分析仪配套的专机专用配件及耗材, 由于设备生产厂家知识产权及技术保护措施等原因, 其他第三方产品均不能使用, 也无替代品, 具有唯一性, 江西格棱医药器械有限公司是该产品的唯一授权代理商, 根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王忠明	日期: 2025年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡晓梅
	职称:	副主任医师
	工作单位:	宜春市袁州区人民医院
项目信息	项目名称:	项目主体检验试剂耗材采购项目(单一来源) 标项三十一
	供应商名称:	江西格梳医疗器械有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目采购的试剂耗材,经论证认为,6个品种试剂耗材,均为目前临床常用设备,其中CM-800型全自动生化分析仪所用试剂,是配套产品,因该品牌试剂,其设计原理、设备精度、检测项目、试剂种类规格均不相同,因此,各品牌试剂无法兼容,且该试剂和试剂耗材规格,符合该设备的要求,且该试剂和试剂耗材,符合该设备的性能要求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,符合下列情形之一的,可以采用单一来源方式采购:	
专业人员签字	胡晓梅	日期:2025年4月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	冯可
	职称:	副主任医师
	工作单位:	武警总医院
项目信息	项目名称:	清洗液、反应杯、针等6种试剂耗材 标段三十一
	供应商名称:	江西悦杭医药有限公司
专业人员论证意见	冯可副主任医师的清洗液、反应杯、针、来源公司等6种试剂耗材, 为临床检验使用的金铂为生化分析仪必需试剂 CH-800 系统使用, 由于该批产品具有结构、材质稳定性和性能, 采取的措施, 目前无替代品, 具有唯一性, 且可从产品生产厂家或厂家授权代理商处购置, 根据《政府采购法》第三十一条第一款和74号令的相关规定, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	冯可	日期: 2025年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李思莲</u>
	职称: <u>主任技师</u>
	工作单位: <u>自治县胸科医院</u>
项目信息	项目名称: <u>县人民医院检验试剂、医用耗材采购项目(单一来源) 第三十一项</u>
	供应商名称: <u>江西橙槐医疗器械有限公司</u>
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购清洗液等6项是与全自动生化分析仪、基蛋生物CM-800配套使用的专用清洗液和耗材, 由于设备生产厂家的知识产权和技术保护措施, 其它同类品牌不可替代通用, 产品具有唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	<u>李思莲</u> 日期: 2025年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼
	职称:	主任医师
	工作单位:	马鞍山市中医院
项目信息	项目名称:	鹿耳鹿尾肽注射液、医用材料采购项目(单一来源) 标段三十一
	供应商名称:	江西松林医疗器械有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目拟采购的“清皮液”与6种试剂与耗材,为我院的“普理生物CM-800全自动生化分析仪”配套的专用试剂与耗材,因该产商仪口设计的独特性及知识产权保护等方面的限制措施,其他品牌的试剂与耗材均不能匹配替代使用。产品具有唯一性。为保证仪口的正常运行,根据《政府采购法》第三十一条及《政府采购法实施条例》第七十四条在单一来源采购的法定规定,建议采用单一来源的方式采购。	
专业人员签字	胡琼	日期:2025年4月28日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。