

510 伍路BC-5390 CP. B55180

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 军区总医院试剂耗材采购项目(单一来源) 血液分析仪	
	供应商名称: 新疆宜宏电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的血细胞分析仪用稀释液、探珠清洗液等17种试剂耗材,是与迈瑞BC-5390CP、BC5180血液分析仪配套使用的专机专用试剂耗材,由于原设备生产厂家的知识产权及技术保护措施等原因,其他品牌的产品均不能与其配套使用,也无替代品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源方式采购的相关规定,建议采取单一来源方式进行采购!	
专业人员签字	王忠明	日期: 2015 年 4 月 28 日

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王芳芳
	职称:	副主任医师
	工作单位:	武警医院
项目信息	项目名称	白细胞分析用稀释液等17种试剂耗材, 标项十四
	供应商名称	新瑞宝电子技术有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 白细胞分析用稀释液、预标品等17种试剂耗材, 须与迈瑞的BC-530CRP、BC5180仪器配套使用, 由厂家提供技术支持和售后服务, 因此产品无替代品, 具有一致性, 依据《政府采购法》第三十一条第一款和74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》之规定, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王芳芳	日期: 2025年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨晓梅
	职称:	副主任技师
	工作单位:	吉林省疾病预防控制中心
项目信息	项目名称:	县级疾控实验室试剂、耗材采购项目(单一来源) 预算十四
	供应商名称:	北京宜居电子科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目拟采购的试剂、耗材为实验室常用试剂、耗材等17个品种,所列品牌均为目前常用品牌。经调查:该品牌BC-53Pro CXP、BC5180型全自动血常规分析仪为实验室常用设备,因品牌不同,价格存在差异,经对比,所列品牌均有优势,故该品牌具有唯一性,是知悉该品牌技术保护措施,且该品牌产品无不良使用,根据《中华人民共和国政府采购法》第31条,符合单一来源采购的条件,建议采用单一来源采购的方式进行采购。	
专业人员签字	杨晓梅	日期:2015年4月28日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼	
	职称:	主任技师	
	工作单位:	乌鲁木齐市疾控中心	
项目信息	项目名称:	实验室检测试剂、耗材采购项目(单一来源) 标项十回	
	供应商名称:	新疆宜宏电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目拟采购的试剂耗材与试剂、为现在使用的“迈瑞BC-5390 CRP、BC 5180(含白介素6分析仪)”配套使用的试剂耗材,因各经销商的价格存在差异,经询价对比,发现该供应商的价格明显低于其他供应商,且该供应商的产品质量可靠,能够满足项目需求,因此建议采用单一来源的方式进行采购。		
专业人员签字	胡琼	日期:	2025年4月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李君莲
	职称:	主任技师
	工作单位:	自治飞胸科医院
项目信息	项目名称:	县人民医院检验试剂、耗材采购项目(单一来源)标项十四
	供应商名称:	新疆宜宏电子有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购血细胞分析用稀释液,染色剂和质控物等17项是与迈瑞BC-5390CRP、BC5180分析仪配套使用的专用试剂耗材和质控物,由于该设备生产厂家知识产权和技术保护措施其他同类产品不可替代通用,产品具有唯一性,为确保该院设备正常运行,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李君莲	日期:2025年4月28日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。