

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯子平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 红细胞分析试剂校准品等8种试剂 梅跃十七	
	供应商名称: 新瑞生物商贸股份有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 拟购的红细胞分析试剂校准品, 质控品、清洗液等8种试剂, 属于迈克DS-580i配套使用, 由于该产品技术的独特性和知识, 采取的保护措施, 属于专用试剂、无替代品, 产品具有唯一性, 只能从生产厂家或厂家授权代理商处购买, 依据《政府采购法》和74号令的相关规定, 建议该批产品采用单一来源采购方式通过采购。	
专业人员签字	冯子平	日期: 2025年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李思莲
	职称:	主任技师
	工作单位:	自治区妇幼保健院
项目信息	项目名称:	自治区妇幼保健院, 采购试剂、耗材采购项目(单一来源) 标项十七
	供应商名称:	新疆仁康商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购血细胞分析仪用校准品和试剂等8项, 总与迈克DS-580i配套使用的专机专用试剂、校准品, 因为设备原生产厂家的技术保护和知识产权等因素, 其它品牌不可替代通用, 产品具有唯一性, 为确保该院设备正常运行, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李思莲	日期: 2025 年 4 月 28 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附注:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼
	职称:	主任技师
	工作单位:	乌鲁木齐市知识产权局
项目信息	项目名称:	实用新型专利: 一种机械传动装置(专利号: 202421017177.1)
	供应商名称:	新疆亿康商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该采购项目涉及的8种试剂,是现在使用的“金明必应细胞分析仪——迈克PS-580i”配套使用的配套试剂。因该商仪由该生产厂家与原厂不同,还受知识产权保护等方面的限制措施,其他品牌的产品均不能直接替代使用,产品具有唯一性。为保持仪器的正常运行与检测结果的准确性,根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第74号令有关规定,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	胡琼	日期: 2025年4月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨晓楠
	职称:	副主任技师
	工作单位:	乌鲁木齐友谊医院
项目信息	项目名称:	波县医院检验试剂、原材料采购项目(单一来源)标项十七
	供应商名称:	新疆仁康商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目拟采购的血细胞分析仪用校准品、血细胞分析用质控品、血细胞分析用 LH-5 质控品 A 等 8 个品种试剂耗材,均为目前医院在用设备,还是 DS-580 之全血细胞分析仪配套机型用配套产品,因各品牌不同,经检测原理、试剂配方、检测项目、试剂品种均有不同,生产厂各品牌试剂质控品和技术防护措施,使产品具有唯一性和不可替代性根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74 号令规定,建议采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	杨晓楠	日期:2025 年 4 月 28 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军百总医院	
项目信息	项目名称: 皮肤及体表检测试剂、医用材料采购组(单一来源)梅陈十七	
	供应商名称: 新疆亿康商贸有限公司.	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的血细胞分析仪用校准品、质控品、CC-5清洗剂、DD-5染色液等8种产品,是迈克公司生产的DS-580i型血细胞分析仪的专机专用耗材.由于设备生产厂家知识版权及技术保护等措施原因,其他第三方产品均不能配套使用,也无替代产品,具有唯一性.新疆亿康商贸有限公司是该产品的唯一授权代理商.根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购货物招标投标管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式进行采购.	
专业人员签字	王忠明	日期: 2025年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。