

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军百总医院	
项目信息	项目名称: 颍县医院检验试剂耗材采购项目(单一来源) 标次大	
	供应商名称: 喀什鑫汇医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂、微量蛋白测定试剂、心肌肌钙蛋白(CTNI)测定试剂等,是与医院现有在用丁州丁孚生产的FS-301型干式荧光免疫分析仪配套的专机专用试剂,由于设备厂家知识产权及技术保护等措施等原因,其他第三方产品均不能通用,也无替代产品,具有唯一性。喀什鑫汇医疗器械有限公司是该产品的唯一授权代理商。根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王忠明	日期: 2025 年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨晓莉	
	职称:	副主任技师	
	工作单位:	锦州市友谊医院	
项目信息	项目名称:	骨科手术器械采购项目(单一来源)	
	供应商名称:	喀什市弘鑫医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 经现场勘察，拟采购的手术器械(平式造口袋、引流器)、喉罩、气管插管等均为常用耗材。目前市场上同类产品：广州万孚 FS-301 型平式造口袋、舒仪品牌型号不同，因产品牌型号不同，其设计原理、构造、材质规格品种数量均不相同。该器械为专用器材，根据其特征，无法进行匹配。且该产品具有自主知识产权，由于技术保护措施严格，该产品具有唯一性和不可替代性。故本次的采购方式为单一来源及74号令不相抵触，同意采用单一来源方式采购。		
专业人员签字	杨晓莉	日期: 2025年 4月 28日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李君道</u>	
	职称: <u>立信技师</u>	
	工作单位: <u>自贡飞舟航空系统</u>	
项目信息	项目名称: <u>航电系统测试试剂、耗材采购项目(单一来源) 标项六</u>	
	供应商名称: <u>喀什市江鑫医疗器械有限公司</u>	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购D-二聚体、B型钠尿肽等16种干式荧光免疫检测试剂,总与广世及金FS-301干式荧光酶分析仪配套使用的连机专用试剂,由于设备在原厂厂家知识产权和技术保护措施,产品具有唯一性。根据《政府采购法》第二十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	<u>李君道</u>	日期: 2025年 4月28日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	高子奇
	职称:	副主任医师
	工作单位:	武警医院
项目信息	项目名称:	武吉知马综合医院试剂、医用耗材采购项目(原来源)标段六
	供应商名称:	肇庆市汇鑫医疗器械有限公司
专业人员论证意见	该试剂为进口的非特异性蛋白。尿微量白蛋白、心肌肌钙蛋白等检测试剂组合和预控品，要求须与广州万孚生物公司生产的FS-301型台式荧光免疫分析仪配套使用，因该试剂技术独特性和软件知识，专权的保护措施，第三方产品无法替代，具备唯一性、且经由厂家直接授权代理商供货，依据《政府采购法》第三十一条第一款和74号令的相关规定、同意采用单一来源采购。	
专业人员签字	高子奇	日期: 2025年4月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。