

包47. KS-CD-0825

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 高原环境适应性试验. 器材采购项目(单一来源) 标项四十七	
	供应商名称: 新疆宜宏电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的液基细胞和微生物处理保存试剂, 是与广州市达茂医疗技术有限公司生产的升级版KS-CD-0825型设备配套使用的专用保存试剂, 由于设备厂家的知识产权和技术保护措施等原因, 其他品牌的试剂均不能配套使用, 也无替代品, 具有唯一性, 根据《政府采购法》第三十一条, 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定, 建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王忠明	日期: 2025 年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	吕可奇	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	解放军总医院	
项目信息	项目名称:	液基细胞和微生物处理保存试剂, 标本四十七	
	供应商名称:	新疆宜宏电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该医院拟购的液基细胞和微生物处理保存试剂, 属于医院使用的广州康民KS-CD-0825型仪器配套使用, 由于该产品的独特性和知识产权的保护措施, 无替代品, 属于专用, 具备唯一性, 且经从厂家或厂家授权代理商处购置, 依据《政府采购法》第三十一条第一款和《条例》的相关规定, 建议采用单一来源方式购置。		
专业人员签字	吕可奇	日期:	2015 年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李君莲
	职称:	主任技师
	工作单位:	自治县胸科医院
项目信息	项目名称:	南县疾控中心试剂、耗材采购项目(单一来源) 标段四十七
	供应商名称:	新疆宜安电子有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院采购勾液基细胞和微生物处理保存试剂是与产研达液基细胞沉降式制片染色系统(12位)升级版K5-CP-0825相匹配使用的专用试剂,由于设备生产厂家的知识产权、技术保护措施,其他同类品牌不可替代通用,产品具有唯一性,为确保该院设备正常运行,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李君莲	日期: 2025年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼
	职称:	主治医师
	工作单位:	马鞍山市中医院
项目信息	项目名称:	和县医院检验试剂、医用耗材采购项目(单一来源)梅溪四十七
	供应商名称:	新和县宜宏电子科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目拟采购的“诺金细胞因子微阵列处理仪在试剂”为现在用的“达诚诺金细胞流降式制电染色系统(12位)升级版KS-CD-8XS”配套的耗材专用试剂。由于该商仪口设计为特殊性,及知识产权和技术交流的限制措施,其他品牌的试剂均不能适配替代使用,产品是唯一的。根据《政府采购法》第三十一条,符合单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	胡琼	日期:2025年4月28日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。