

包引 电解质 XI-921

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军百虎医院	
项目信息	项目名称: 武昌医院检验试剂、耗材采购项目(单一来源)梅次三十九	
	供应商名称: 新疆宜安电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的电解质试剂包(三项)、电解质试剂包(四项)等11种试剂耗材,是与XI-921型全自动电解质分析仪配套使用的试剂耗材,由于设备生产厂家和仪器及技术支持等措施,其他品牌的试剂耗材均不能配套使用,也无其他替代产品,具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王忠明	日期: 2025 年 4 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼
	职称:	主任技师
	工作单位:	乌鲁木齐市口腔医院
项目信息	项目名称:	疏附县医共体检验试剂、医用耗材采购项目(单一来源) 第三十九
	供应商名称:	新疆宜宏电子科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该试剂与争购的11种试剂与材料,是疏附县使用的“手动化学分析仪-型号XI-91”是相配套的试剂与材料。由于知识产权和专利方面的保护措施,其他品牌的试剂均不能匹配和替代使用。产品具有唯一性,为确保仪器的正常运行和检测数据的准确性,根据《政府采购法》第三十一条、24号令有关单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源的方式采购争购。	
专业人员签字	胡琼	日期:2025年4月28日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李君莲
	职称:	主任技师
	工作单位:	自治县骨科医院
项目信息	项目名称:	县人民医院检验试剂、医用耗材采购项目(单一来源)第三次
	供应商名称:	新疆宜安电子有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购电解质分析仪XI-721项试剂与试剂单自动电解质XI-721分析仪配套使用的专用试剂耗材,由于设备生产原厂家知该产权和技术保护措施,其它同类品牌不可替代通用,产品具有唯一性,为确保该院设备正常运行,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李君莲	日期:2025年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	吕芳芳
	职称:	副主任医师
	工作单位:	孙思邈医院
项目信息	项目名称:	电液致动控制包及电液等11种控制阀采购, 招改三十九
	供应商名称:	新疆宜安电子科技有限公司.
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 经研究拟向的包及电液等11种控制阀及零件, 该包内容属于自动电液致动X1-P2型及零件的采购。由于该类产品具有特殊性, 且具有较高的知识产权保护措施, 因此该产品具有不可替代性、独有性、唯一性。经与生产厂家或厂家授权代理商处沟通, 依据《政府采购法》第三十一条第一款和《政府采购法实施条例》第三十一条之规定, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	吕芳芳	日期: 2025年4月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨延峰
	职称:	副主任技师
	工作单位:	阜阳市人民医院
项目信息	项目名称:	购置医疗设备耗材采购项目(单一来源) 标项三十九
	供应商名称:	齐河县宏宇电子科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 拟采购的设备为定制设备，需具备11个品种的定制设备制造能力。均为医疗专用设备：超声电刺激仪X1-12型骨折固定器用定制材料，为该设备生产厂家生产，因该品牌定制材料独特，经市场调研、询价、对比后认为，该产品具有自主知识产权保护措施限制其他厂家在唯一性定制材料生产使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第74条及相关规定，建议采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	杨延峰	日期: 2015年4月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。