

单一来源论证专家名单

专家类别	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
技术专家	陈利	宣州区人民医院	高级技师	13889966102	
技术专家	吴江	孙家花园	副主任医师	189923157	
技术专家	王清	新医大文附院	高工	13999910050	

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马利	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 哈密市伊州区人民医院 64 排螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 新疆亦恒信息技术有限公司	
专业人员论证意见	该院拟购置的CT球管是与该院现有的GE的CT相匹配使用, 因CT机属于医疗设备中放射含量高且精密的设备, 由于厂家的设计理念、结构、工艺都不相同, 同时由于放射防护等因素, 其核心部件并非对外公开, 其核心配件如球管等也必须还原原厂在号确认, 才能与CT主机相匹配从而完成精准的检查, 其他第三方非授权的公司都无法提供与同原厂的在号标准, 根据《中华人民共和国政府采购法》第31条以及74号令的相关规定, 同类设备单一来源时从GE合法的供应商处进行购置	
专业人员签字	马利	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕子奇
	职称: 副主任医师
	工作单位: 武警医院
项目信息	项目名称: 哈密市伊州区人民医院 64 排螺旋 CT 球管采购项目
	供应商名称: 新疆亦恒信息技术有限公司
专业人员论证意见	该医院拟采购的 64 排螺旋 CT 球管 (D3887T), 要求能与现有使用的 GE 生产的 64 排 CT 机配套、能与主机结构、自检程序、KV、mA 调节等部件连接和配套。由于该产品具有技术的独特性和技术知识、专利的保护措施。该产品为替代品, 具备唯一性, 依据《政府采购法》第三十一条第一款和 74 号令《政府采购非招标采购管理办法》之规定, 同意该产品采用单一方式进行采购。
专业人员签字	吕子奇 日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王清	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新医大文附院	
项目信息	项目名称: 哈密市伊州区人民医院 64 排螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 新疆亦恒信息技术有限公司	
专业人员论证意见	哈密市伊州区人民医院拟采购 64 排螺旋 CT 球管, 该院目前使用的是 GE 公司生产的 64 排 CT 机, 必须匹配 D388/T 型球管, 其他厂家的球管无法和该设备匹配使用。根据《政府采购法》第 31 条和 74 号令关于单一来源规定的相关规定, 同意采用单一来源方式从授权代理商新疆亦恒信息技术有限公司。	
专业人员签字	王清	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。